

项目编号：JF2022(NH)WS0012

X 射线 CT 机

竞争性磋商文件

采 购 人 ： 佛山市南海区妇幼保健院

采购代理机构 ： 佛山市伟源招标代理有限公司

2022 年 2 月 17 日

目 录

第一部分 采购邀请函.....	3
一、项目基本情况.....	3
二、申请人的资格要求:	3
三、获取采购文件.....	4
四、响应文件提交.....	5
五、开启.....	5
六、公告期限.....	5
七、其他补充事宜.....	5
八、凡对本次采购提出询问, 请按以下方式联系。	6
第 2 部分 采购项目内容.....	8
一、★供应商资格要求.....	8
二、采购项目技术要求.....	9
三、采购项目商务要求.....	14
四、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业.....	17
第三部分 供应商须知.....	18
一、概念释义.....	21
二、磋商文件说明.....	26
三、响应文件说明.....	29
四、响应文件的提交.....	31
五、响应文件解密.....	33
六、磋商小组的组成及磋商评审会议	34
七、评审结果确定.....	42
第四部分 评审标准与方法.....	48
第五部分 合同书范本.....	52
一、报价一览表	66
二、响应承诺函	67
三、磋商授权书.....	68
四、守法经营声明书.....	71
五、企业资质、资格性证明.....	72
六、其他资格文件.....	75
七、营业执照等证明文件	77
八、商务条款响应表	78
九、企业综合概况.....	81
十、中小企业声明函	83
十一、项目业绩介绍	84
十二、实施本项目的相关主要人员情况	85
十三、商务部分其他文件	86
1、商务部分评分第 4 点“售后服务方案”相关证明材料.....	86
2、供应商认为需要提供的其他材料	86
十四、报价清单明细表.....	87
十五、节能产品、环境标志产品证明材料.....	89
十六、技术条款响应表.....	91

十七、重要技术条款响应表.....	97
十八、技术方案总体内容	99
十九、响应文件其他材料	100

第一部分 采购邀请函

项目概况

X 射线 CT 机采购项目的潜在供应商应在佛山市公共资源交易信息化综合平台 (<http://ggzy.foshan.gov.cn/>) 获取采购文件，并于 2022 年 2 月 28 日 9 点 00 分（北京时间）前递交申请文件。

一、项目基本情况

项目编号：JF2022(NH)WS0012

项目名称：X 射线 CT 机

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：3,800,000.00

采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

1、标的名称：X 线 CT 机

2、标的数量：1 台

3、简要技术需求或服务要求：

3.1. 采购项目技术需求或服务要求：购置 1 台 X 线 CT 机。具体详见采购文件中的“采购项目内容”；

3.2. 需要落实的政府采购政策：促进中小企业发展政策、支持监狱企业发展政策、支持残疾人福利性单位发展政策、采购节能产品、环境标志产品相关政策等。

4、其他：无。

5、最高限价：2,990,000.00 元

合同履行期限：在 2022 年 3 月 25 日前完成设备的安装，调试至可使用，逾期未完成的，从逾期之日起每日需按成交价的 1.7%向采购人偿付违约金。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 投标供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供下列材料：

1) 具有独立承担民事责任的能力：提供营业执照（或事业单位法人证书或社会团体法

人登记证书)复印件等证明文件或者自然人身份证正反面扫描件。

2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:财务状况,提供下列材料之一即可:(1)经审计的财务报告;(2)基本开户银行出具的资信证明。

3) 履行合同所必须的设备和专业技术能力:提供《响应承诺函》。

4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料,如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的,应提供相应文件证明。

5) 参加采购活动前 3 年内,在经营活动中没有重大违法记录:提供《守法经营承诺书》,重大违法记录,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。(“较大数额罚款”认定为 200 万元以上的罚款,法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200 万元的,从其规定)

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:

合同包 1(X 线 CT 机)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

3. 本项目的特定资格要求:

合同包 1(X 线 CT 机)特定资格要求如下:

(1) 具有涵盖投标产品范围的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。

(2) 如投标产品隶属医疗器械管理的,须提供产品的医疗器械产品注册证。

(3) 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件:为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动(提供《响应承诺函》)。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动(提供《响应承诺函》)。

(4) 信用情况:供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(以采购代理机构于投标(响应)截止时间当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网

(<http://www.ccgp.gov.cn/>) 查询结果为准,如相关失信记录已失效,供应商需提供相关证明资料)。

三、获取采购文件

时间:2022 年 2 月 17 日至 2022 年 2 月 24 日,每天上午 9:00 至 12:00,下午 14:30 至 17:30(北京时间,法定节假日除外)

地点:佛山市公共资源交易信息化综合平台(<http://ggzy.foshan.gov.cn/>),具体

详见第七点“其他补充事宜”

方式：网上获取采购文件，具体详见第七点“其他补充事宜”

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2022 年 2 月 28 日 9 点 00 分（北京时间）

地点：佛山市公共资源交易信息化综合平台（<http://ggzy.foshan.gov.cn/>）

五、开启

时间：2022 年 2 月 28 日 9 点 00 分（北京时间）

地点：佛山市公共资源交易中心南海分中心（网上开标，开标结束后响应供应商可登录交易系统查看开标情况）

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

本项目采用电子化采购模式，供应商须按照电子采购文件要求，登录佛山市公共资源交易信息化综合平台进行网上获取采购文件和递交电子响应文件参与投标。有关操作及要求详见其他事项说明。

网上获取采购文件	(1) 本项目采用网上获取采购文件。 (2) 供应商须在获取采购文件期限（2022 年 2 月 17 日 17 时 00 分至 2022 年 2 月 24 日 17 时 30 分）内完成“佛山市公共资源交易信息化综合平台”的供应商信息入库、本项目的登记以及下载采购文件（后缀为“.FSZF”，如项目附有图纸的，需同时下载）。只有完成上述程序后才能参与本项目的投标以及电子响应文件提交。 (3) 供应商信息入库具体操作方法请浏览“佛山市公共资源交易网-监督管理-主体信息库-入库指引”（http://ggzy.foshan.gov.cn/jdjg/ztxxk/rkzy/）栏目相关信息，技术咨询电话：4009280095。 (4) 项目的登记流程： ①登录信息化综合平台（http://jy.fsggzy.cn:3480/TPBidder/login.aspx），选择“采购供应商登录”，在政府采购（进场）栏目下，通过“登记获取采购文件”模块，选择需要登记的项目，点击进入项目进行操作。 ②点击登记获取采购文件菜单，右侧弹出可登记的项目，选择对应的项目后点击【登记】。 ③进入页面后，投标单位可查阅项目的相关信息并填写负责人等信息后，点击【确认登记】按钮完成登记操作 (5) 下载采购文件流程： 登录信息化综合平台（http://jy.fsggzy.cn:3480/TPBidder/login.aspx），选择“采购供应商登录”，在政府采购（进场）栏目下，通过“采购文件下载”模块，选择需要下载的项目，点击进入项目进行操作，下载后缀为“.FSZF”的采购文件。
----------	--

	供应商须在上述第（2）规定的时间段内下载、备份并妥善保管后缀为“.FSZF”的采购文件，因没有下载或遗失导致响应文件无法制作及提交的，由供应商自行承担责任。
电子响应文件提交与解密要求	(1) 电子响应文件提交时间：北京时间 2022 年 2 月 17 日 17 时 00 分至 2022 年 2 月 28 日 9 点 00 分 (2) 电子响应文件提交方式：响应供应商须在投标截止前将加密的电子响应文件通过交易系统“佛山市公共资源交易信息化综合平台”成功上传。 (3) 响应文件解密（开启）：本项目开标时间为 2022 年 2 月 28 日 9 点 00 分，供应商在开标时间前登录交易系统，由投标人于交易系统公布投标人名单后 30 分钟内对其电子投标文件进行解密（现信息化综合平台政府采购进场交易系统远程解密功能已完成开发，只接受远程解密，不接受响应供应商到开标地点进行现场解密），响应供应商必须在规定时间内进行解密，逾期未进行解密的将导致投标失败，由响应供应商自行承担责任。 (4) 编制电子响应文件的相关软件和工具，供应商可通过以下路径进行下载：佛山市公共资源交易信息化综合平台-登录页面-驱动及操作手册下载-响应文件制作软件下载，技术咨询电话：4009280095。
授权代表须知	授权代表应在 2022 年 2 月 28 日 9 点 30 分前到达佛山市公共资源交易中心南海分中心 2 楼大堂（佛山市南海区桂城街道夏南路 58 号方舟一号 1 栋 1 座 2 楼）。授权代表未能在规定时间内达到评审现场，该参与磋商的供应商将被视为自动放弃磋商报价资格或作无效处理。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：佛山市南海区妇幼保健院

地址：广东省佛山市南海区桂平西路 6 号

联系方式：0757-86238162

2. 采购代理机构信息

名 称：佛山市伟源招标代理有限公司

地 址：佛山市南海区桂城南桂东路 38 号房地产发展大厦主楼 9 楼 3 号

联系方式：0757-86230148

3. 项目联系方式

项目联系人：李小姐

电 话：0757-86230148

发布人：佛山市伟源招标代理有限公司

发布时间：2022 年 2 月 17 日

第二部分 采购项目内容

说明：

1. 标注“★”号条款为不可负偏离条款，对这些条款的任何负偏离为无效投标。
2. 标注“▲”号条款为重要条款，但不作为无效投标条款。
3. 其它条款根据响应供应商的实际情况进行响应，欢迎响应供应商提供更优方案。
4. 用户需求书中打“◆”号的内容为采购的主要标的及核心产品，响应供应商应在《报价清单明细表》中清晰列明“标的名称、品牌、规格型号、数量、单价”。
5. 采购项目内容中所出现的技术规格、参数、要求或参照的品牌、型号仅为方便描述而没有限制性，所描述的货物参数及相关性能要求为最基本的要求，响应供应商可选用优于或等于采购项目内容的货物进行报价。

一、★供应商资格要求

序号	资格条件	文件内容要求
1	供应商必须符合《政府采购法》第二十二条对供应商参加政府采购活动应当具备的条件；	1、营业执照（或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书）扫描件等证明文； 2、财务状况，提供下列两项材料扫描件之一即可： (1)经审计的财务报告； (2)基本开户银行出具的资信证明； 3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件，如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明； 4、响应承诺函； 5、守法经营声明书。
2	具有涵盖投标产品范围的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。	《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》扫描件
3	如投标产品隶属医疗器械管理的，须提供产品的医疗器械产品注册证。	医疗器械产品注册证扫描件
4	为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动。	响应承诺函
5	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。	响应承诺函
6	非联合体投标。	/
7	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(以采购	企业资质、资格性证明

	代理机构于投标（响应） 截止时间当天在“信用中国”网站及中国政府采购网查询结果为准， 如相关失信记录已失效， 供应商需提供相关证明资料）。	
--	---	--

二、 采购项目技术要求

采购内容	数量	交货期	最高限价
◆X 线 CT 机	1 台	在 2022 年 3 月 25 日前完成设备的安装,调试至可使用,逾期未完成的,从逾期之日起每日需按成交价的 1.7%向采购人偿付违约金。	人民币 2,990,000.00 元

（一）项目需求及技术参数：

序号	主要技术规格及配置	具体要求
一、机架系统		
1.1	滑环类型	低压滑环
1.2	扫描架孔径	≥70cm
1.3	扫描架倾角	≥±30°
1.4	探测器类型	集成一体化探测器
1.5	机架系统可遥控	具备
1.6	▲探测器排列数	≥32 排
1.7	▲探测器单元 Z 轴最小尺寸	<0.6mm
1.8	▲探测器 Z 轴总宽度	≥21mm
1.9	▲每排探测器单元数	≥848 个
1.10	▲探测器物理单元总数	≥34500 个
1.11	▲探测器采样率	≥4800views/圈
1.12	三维激光定位系统	具备
1.13	支持机架旁摆位功能，可在机架旁进行升降及进出扫描床操作	具备
1.14	支持远程遥控摆位功能，可在操作台进行升降及进出扫描床操作	具备
1.15	支持快捷键摆位功能，可按住快捷键，一键将检查床调整到预设高度与床面位置	具备
1.16	支持人工智能摆位功能，人工智能自动设置床高及床面位置	具备

序号	主要技术规格及配置	具体要求
二、扫描参数		
2.1	最快扫描时间/360°	≤0.75s
2.2	▲每圈扫描层数	≥32 层
2.3	▲最薄扫描层厚	≤0.625mm
2.4	▲最薄图像重建层厚	≤0.625mm
2.5	扫描视野	≥50cm
2.6	图像显示矩阵	≥512×512
2.7	单次螺旋连续最长扫描时间	≥100s
2.8	单次螺旋扫描最大范围	≥160cm
2.9	3D 锥形束重建	具有
2.10	定位像长度	≥160cm
2.11	▲最大螺距	≥2.0
2.12	最小螺距	≤0.1
2.13	螺距自由选择	具备
2.14	扫描模式	轴扫、螺旋
2.15	自动螺旋	具备
三、人工智能技术（AI 技术）		
3.1	具备人工智能摄像采集系统	具备
3.2	具备人工智能扫描方案	具备
3.3	摄像头具备看护功能：扫描全程中可实时观察到患者情况	具备
3.4	人工智能扫描方案具备面部识别功能：患者平躺于检查床后可自动识别面部位置	具备
3.5	人工智能扫描方案具备面部追踪功能：患者位置移动时，可自动追踪识别新的面部位置	具备
3.6	人工智能扫描方案具备自动定位功能：根据扫描要求和病人位置，自动设置床高和进床距离；患者位置发生变化时，自动更新床高和进床距离	具备
四、球管及高压系统		
4.1	球管阳极实际热容量（不含等效概念）	≥3.5MHU
4.2	球管阳极实际冷却率	≥395KHU/min
4.3	最大球管电压	≥140KV

序号	主要技术规格及配置	具体要求
4.4	▲最小球管电压	$\leq 70\text{KV}$
4.5	最大输出管电流	$\geq 350\text{mA}$
4.6	最小可调管电流	$\leq 10\text{mA}$
4.7	最小毫安调节范围	$\leq 1\text{mA}$
4.8	球管小焦点（IEC 60336/2005）	$\leq 0.7\text{mm} \times 0.8\text{mm}$
4.9	球管大焦点（IEC 60336/2005）	$\leq 1.2\text{mm} \times 1.4\text{mm}$
4.10	高压发生器实际功率（不含等效概念）	$\geq 42\text{KW}$
五、扫描床		
5.1	可扫描范围	$\geq 1600\text{mm}$
5.2	床升降最高高度	$\geq 900\text{mm}$
5.3	床升降最低高度	$\leq 600\text{mm}$
5.4	最大纵向进床速度	$\geq 200\text{mm/s}$
5.5	最小纵向进床速度	$\leq 2\text{mm/s}$
5.6	扫描床最大载重量	$\geq 205\text{Kg}$
5.7	扫描床控制脚踏开关	具备
六、图像质量		
6.1	▲空间分辨率（X,Y 轴）@0%MTF	$> 18 \text{ LP/CM}$
6.2	Z 轴空间分辨率@0%MTF	$\geq 18 \text{ LP/CM}$
6.3	▲密度分辨率	$\leq 2\text{mm}@0.3\%$
6.4	低剂量迭代降噪技术(必须是各厂家最新技术,与最高端设备相同)	具备
七、主控制台计算机系统		
7.1	内存	$\geq 32\text{GB}$
7.2	硬盘	$\geq 3\text{TB}$
7.3	主频	$\geq 2.2\text{GHz}$
7.4	CPU 内核数目	$\geq 6 \text{ 核}$
7.5	24 英寸高分辨率液晶平面显示器，显示矩阵	$\geq 1920 \times 1200$
7.6	显示器逐行扫描	具备
7.7	网络接口 DICOM 3.0	具备

序号	主要技术规格及配置	具体要求
7.8	永久贮存刻录方式	DVD
7.9	自动语音系统及双向语音传输	具备
7.10	同步并行图像处理功能	具备
7.11	主控制台可以独立完成 MPR, SSD, MIP, CTA, 三维容积重建等三维后处理功能	具备
八、主要应用软件		
8.1	线束硬化伪影校正软件	具备
8.2	后颅窝图像优化技术	具备
8.3	伪影抑制软件	具备
8.4	图像减影功能	具备
8.5	CT 电影功能	具备
8.6	管电流自动调节功能	具备
8.7	MPR/CPR/SSD/MIP/VR	具备
8.8	模拟手术刀功能	具备
8.9	三维（3D、SSD）软件	具备
8.10	最大及最小密度投影（MIP, MinP）	具备
8.11	三维容积测量评估功能	具备
8.12	CT 血管造影	具备
8.13	一键式容积重建	具备
8.14	一键式去骨功能	具备
8.15	造影剂自动跟踪技术	具备
8.16	容积漫游（VRT）	具备
8.17	三维 CT 内镜（CTVE）	具备
九、配置清单		
9.1	球管 1 个	提供
9.2	探测器 1 个	提供
9.3	高压发生器 1 个	提供
9.4	扫描机架 1 个	提供

序号	主要技术规格及配置	具体要求
9.5	扫描床 1 个	提供
9.6	操作控制台 1 个	提供
9.7	肺结节高级分析技术 1 套	提供
9.8	肺实质高级分析技术 1 套	提供
9.9	70kv 双低成像技术 1 套	提供
9.10	AI 摄影采集系统 1 套	提供
9.11	大方舱 1 套	提供
9.12	双筒高压注射器 1 套	提供
9.13	5 兆医用诊断屏 1 块	提供
9.14	机房外接电缆线 1 套	提供

三、 采购项目商务要求

3.1. ★基本商务要求一览表

序号	商务条款	要求
1	交货期	在 2022 年 3 月 25 日前完成设备的安装，调试至可使用，逾期未完成的，从逾期之日起每日需按成交价的 1.7%向采购人偿付违约金。
2	报价要求	供应商报价不能超过最高限价，报价中必须包含货款、标准配件（附件）、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、场地勘察、场地地面平整、外接电缆铺设、设备运输、装卸、安装、HIS 系统对接、调试、培训辅导、办证（辐射安全许可证及放射诊疗许可证）、保险、税金、货到就位以及项目安装调试施工、培训、保修、质保期售后服务、全额含税发票、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用及企业利润。 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过资格性符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

3.2. 其他商务要求:

序号	商务条款	要求
1	付款方式	由采购人按下列程序付款： 1. 设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后 30 天内，支付合同金额的 95%。 2. 从验收合格之日起，正常使用 12 个月，成交人开具尾款收据后 15 天内，支付合同总价的 5%。 3. 成交人凭以下有效文件与采购人结算： （1）合同； （2）成交人开具的正式发票； （3）验收调试报告（加盖采购人公章）； （4）成交通知书。
2	设备要求	1. 货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 2. 交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合磋商文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标

		准。 3. 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。 4. 成交人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
3	质保期及售后服务要求	1. 整机质保(含球管)质量保证期（简称“质保期”）为1年，质保期内成交人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。 2. 质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。 3. 对采购人的服务通知，成交人在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，成交人须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。
4	包装、保险及发运、保管要求	1. 设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由投标人承担。 2. 成交人负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。 3. 各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。 4. 货物在现场的保管由成交人负责，直至项目安装、验收完毕。 5. 货物在系统安装调试验收合格前的保险由成交人负责，成交人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。 6. 设备至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由成交人负责。
5	安装、调试与验收	1. 在采购人现有的场地、配置等条件下，成交人要保证安装调试至采购人在实际工作中正常使用。 2. 成交人提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。 3. 成交人必须依照磋商文件的要求和响应文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。 4. 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 5. 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。 6. 成交人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 7. 采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由成交人承担。 8. 本项目为整体解决方案（类似交钥匙工程），中标人应完成但无限

		于以下内容：包括场地勘察、场地地面平整、外接电缆铺设、设备运输、装卸、安装、HIS 系统对接、调试、培训辅导、办证（辐射安全许可证及放射诊疗许可证）等。中标金额包括项目实施过程中产生的费用。
--	--	---

四、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业

依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

采购标的名称：X 线 CT 机

采购标的对应的所属行业：工业

采购标的对应的中小企业划分标准：从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

供应商填写中小企业声明函时，应当按照采购文件中的采购标的所属行业填写对应的行业，而不是按照自己的经营范围填写所属行业。

第三部分 供应商须知

重要须知事项前置表

序号	事 项	主 要 内 容
1	磋商保证金	本项目无需交纳磋商保证金。采购文件中涉及磋商保证金的事项及有关条款不适用。
2	采购代理服务 费	成交人向采购代理机构按如下标准和规定缴纳采购代理服务费： (1) 以项目预算金额作为采购代理服务费的计算基数，采用差额定率累进法计算方式，按中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980 号、国家发改委[2003]857 号及发改价格[2011]534 号文规定的“货物类”计算。 (2) 采购代理服务费的缴纳形式：可用电汇或银行转账等付款方式。
3	统一结算币种	均不计息以人民币元结算
4	响应文件有效 期	自提交首次响应文件截止之日起满 90 天，成交供应商有效期至项目验收之日。
5	有关资质、荣 誉证书有效期 要求	(1) 响应文件中提交的所有企业或人员的资质、荣誉证书均须有效； (2) 如证书设有有效期的，有效期要求不少于提交响应文件截止当日或已办理延期手续； (3) 如证书没有有效期且该资质未被取消的，则视为仍在有效期内。 (4) 有关企业或人员的资质证书如有最新的行业管理规定或政策文件要求的，按照有关要求执行。
6	项目采购预算	人民币 3,800,000.00 元。
7	项目最高限价	人民币:2,990,000.00 元
8	评审过程中允 许实质性变动 的内容	☐ 评审过程中，本项目磋商文件中可能作实质性变动的内容如下： 1. 技术要求（第二部分采购项目内容中对应的条款序号）： ____； 2. 服务要求（第二部分采购项目内容中对应的条款序号）： ____； 3. 合同书范本（第四部分合同书范本中对应的条款序号）： ____。

		注：以上内容如无勾选或未填写可实质性变动的内容，则视作本项目磋商文件中所有内容均不作实质性变动。
9	评审方法	综合评分法
10	成交供应商数量	本项目推荐成交候选供应商 3 家，其中成交供应商 1 家。
11	授权代表须知	授权代表未能在规定时间内达到评审现场，该参与磋商的供应商将被视为自动放弃磋商报价资格或作无效处理。
12	有效通知载体	本项目相关信息和内容一经在项目公告网站（广东省政府采购网、佛山市公共资源交易网）、交易系统（佛山市公共资源交易信息化综合平台）发布，视作已送达所有供应商，并对供应商具有约束力。 供应商须及时登录上述网站获取与本采购项目相关的所有信息。
13	采购信息发布网站	中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网 (https://gdgpo.czt.gd.gov.cn)、佛山市公共资源交易网 (ggzy.foshan.gov.cn)、佛山市公共资源交易中心南海分中心网页 (http://www.nanhai.gov.cn/fsnhq/bmdh/sydw/ggzyjyzx/znjj/)、佛山市伟源招标代理有限公司 (www.fsweiyuan.com)
14	省网注册要求	供应商应在提交响应文件截止时间前，按广东省财政厅政府采购监管处《关于做好供应商注册登记有关工作的通知》要求，通过广东省政府采购网 (https://gdgpo.czt.gd.gov.cn) 进行注册登记（注册路径：“用户登录”-“立即注册”）。否则将会影响成交结果公告发布，由此产生的后果由供应商自行承担。
15	质疑受理机构及联系方式	（1）采购人 机构名称：佛山市南海区妇幼保健院 地址：广东省佛山市南海区桂平西路 6 号 联系人：陈先生 电话：0757-86238162 （2）采购代理机构 机构名称：佛山市伟源招标代理有限公司 地址：佛山市南海区桂城南桂东路 38 号房地产发展大厦主楼 9 楼 3 号 联系人：李小姐 电话：0757-86230148

16	询问受理方式	供应商将询问函（格式附后）填写完整并盖章后，到采购人或采购代理机构处现场提交，也可以邮寄（快递）方式进行提交。
17	质疑受理方式	授权代表携带授权书、身份证明文件及质疑函（格式附后），到采购人或采购代理机构处现场提交，提交质疑文件须以书面方式现场递交或邮寄（快递）递交，上述资料均需提供原件。通过传真、电子邮件、电话等其他方式提交的质疑材料均不予受理。
18	投诉受理机构及联系方式	详见广东省政府采购网（ https://gdgpo.czt.gd.gov.cn ）“办事指南”栏目中佛山市南海区的“受理投诉联系信息”。
19	其他	根据《佛山市南海区财政局关于印发〈佛山市南海区关于进一步深化政府采购改革的意见〉的通知》（南财采〔2020〕6号）的有关规定，采购代理机构将在佛山市公共资源交易中心南海分中心“交易信息”网页发布中标（成交）公告的同时一并公示成交供应商的响应文件内容，接受社会公众监督，响应供应商须作出以下承诺： 1、承诺同意采购人或其委托的代理机构将响应文件中以下信息予以公开，公开内容包括：营业执照、资质证书、项目业绩、检验检测报告、履约验收报告及评价、社保证明、设备发票、职称、各种证件（身份证除外）、货物的规格型号及配置参数等。以下响应文件信息不属于公开范围：法定代表人证明书、响应文件签署 授权委托书、项目实施方案、售后服务方案。 2、响应供应商承诺保证上述应公示的内容的真实性，且确认不涉及任何个人隐私、商业秘密和其他不可公开的内容。

一、概念释义

1.1. 适用法律

本次竞争性磋商适用的主要法规为《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及政府采购其它相关法规。

1.2. 释义

1. 采购代理机构：是指佛山市伟源招标代理有限公司（以下简称“采购代理机构”），是根据采购人的委托，依法组织实施整个采购活动。采购代理机构不以任何身份出任磋商小组成员。
2. 采购人：是指佛山市南海区妇幼保健院。它是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方(用户)的主体承担质疑回复、履行合同义务、验收与评价等义务。
3. 成交供应商：是指经法定程序确定并授予合同的供应商。
4. 采购文件：是指包括项目公告、竞争性磋商文件以及竞争性磋商文件的补充、变更和澄清等一系列文件。
5. 交易系统：本文特指佛山市公共资源交易信息化综合平台（简称“交易综合平台”），包括采购文件和响应文件制作专用工具、企业信息数据库等。
6. 电子响应文件：本文是指使用采购代理机构提供的响应文件制作专用工具制作的响应文件。
7. 电子签名和电子签章：是指依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名认证证书和电子签章，供应商应当到上述服务机构设立的办理点办理。电子签名及电子签章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。
8. 产品制造商：是指符合行业的生产专业技术条件及标准，能独立承担主体设备或核心技术的设计与生产安装，具备品质检测技术及手段，并具有完善可靠的售后服务的生产性经营企业。

9. 采购过程：是指从采购项目信息公告发布起，到成交结果公告止，包括采购文件的发布、评审、澄清等各个程序环节。
10. 实质性响应：是指符合磋商文件的关键性和重要要求、条款、条件、规定，且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。实质性条款是指带“★”标注的强制响应条款，以及法律法规规定必须满足的要求。
11. 重大偏离或保留：是指影响到磋商文件规定的范围、质量和性能或限制了采购人的权力和其它参与磋商供应商义务的规定，而调整纠正这些偏离将直接影响到其它参与磋商供应商的公平竞争地位。
12. 轻微偏离：是指提交的响应文件能够实质上响应竞争性磋商文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他参与磋商的供应商造成不公平的结果。它包括负偏离（劣于）和正偏离（优于）。
13. 进口产品：是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
14. 中小企业：依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），包含中型、小型、微型企业，具体标准依据工信部联企业〔2011〕300号文件进行划分。
15. 佛山市：是指包括禅城区、南海区、顺德区、高明区、三水区共五个行政辖区。
16. 日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

1.3. 合法的供应商、合格的产品与服务

1. 根据《政府采购法》第二十二条的要求，供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：
①具有独立承担民事责任的能力；②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；④具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；⑤参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；⑥法律、行政法规规定的其他条件。

重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

各级人民政府财政部门依法对供应商作出禁止参加政府采购活动行政处罚决定

的，在全国范围内生效。

根据佛山市中级人民法院《启用执行联动机制决定书》和《协助执行通知书》的要求，供应商若为名单上的失信被执行人，限制其从事政府采购业务。

按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

2. 供应商须在中国大陆境内有合法的登记注册，须符合政府采购法规规定的必备条件，于本文件指定时效内均能满足供应商资格及相关重要要求。
3. 供应商通过交易系统获取采购文件，并按要求在交易系统中成功上传完整的电子响应文件，且按要求在规定时间内成功解密后，成为本项目的合法供应商。
4. 供应商获取了本磋商文件并非意味着满足了合格、有效供应商的基本条件，一切均以磋商小组审核确认的结果为准。
5. 供应商应保证提交的资料合法真实且准确有效，如发现自身资料被盗用或复制，应遵循法律途径解决，追究侵权者责任。对同一份响应文件中出现多家供应商名称的，磋商小组将按磋商文件中有关无效的规定处理。法律法规规定响应文件中必须公开的信息，供应商不得列为不同意公开的内容，否则视为实质性条款不响应，磋商小组将按规定对供应商作投标无效处理。
6. 属于国内参与磋商的制造商须满足：在中国大陆合法注册的生产经营性企业，符合行业的生产专业技术条件、标准和履约供应能力，能独立承担主体设备或核心技术的设计与生产安装，具备品质检测技术和手段，具有完善持续可靠和最便利的售后服务保障。国外制造商须在中国大陆设有合法注册的直属专属机构。
7. 属于经销代理资格性质参与磋商的供应商须满足：合法有效的经营范围，符合供应商准入资格和专业技术条件，遵从制造商或其驻中国大陆有授权资格的直属专属机构所核定的业务范围和供货渠道，能独立承担项目实施与交付验收的一切责任义务，具有完善持续可靠和最便利的售后服务保障。

8. 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。具体标准依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）进行划分。
9. 根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的有关规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
10. 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
11. **关于联合体：**若准入条件允许两个以上的法人组成一个联合体时，联合体各方均须符合政府采购法规相关法定条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一资质条件的供应商组成的联合体，按照资质等级较低的供应商确定联合体的资质等级。联合体的任何一方在参与本项目中，不得再以独立体名义或在其它联合体中重复出现。
12. 信息系统建设项目中，受托为整体采购项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理服务等的供应商，其法人及其附属机构（单位）不得再参加该整体项目及其所有分项目的采购活动。受托为采购项目的分项目提供上述服务的供应商，其法人及其附属机构（单位）不得再参加该分项目的采购活动。
13. 所有产品必须具有在中国境内法定许可的生产及销售资格，且符合产品所属行业的法律法规和行业标准。
14. 所有产品为全新原厂制造，其核心关键部分为近 10 个月内所生产的非淘汰类产品；属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，不能提供超出此目录范畴外的替代品，此外，还须同时具备国家认监委颁布《中国强制认证》（CCC 认证）。

15. 供应商提供的产品属于节能产品、环境标志产品品目清单范围中优先采购或强制采购的，应当提供国家认可的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，超过认证证书有效截止日期的自动失效。
16. 主机设备要有标准配置清单，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明；国内制造的产品必须同时具备出厂合格证和相关检测报告。购置的计算机设备必须配有正版合法的经采购人认可的操作系统和软件。
17. 信息安全产品应当获得国家信息安全认证，并可提供由中国信息安全认证中心按照国家标准认证颁发的有效认证证书。
18. 根据财库〔2007〕119号文与财办库〔2008〕248号文关于政府采购进口产品管理的有关规定，未经核准同意，供应商参与磋商时必须提供本国产品，供应商以进口产品参与磋商的，将作无效处理。
19. 如采购文件中已说明，经财政部门（政府采购管理部门）审核同意，允许部分或全部产品采购进口产品，供应商既可提供本国产品，也可以提供进口产品。在提供的进口产品中，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。进口产品必须同时具备原产地证明、中国商检证明及合法进货渠道全套单证。
20. **知识产权与保密事项：**
 - (1) 所有涉及知识产权的产品及设计，供应商必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由供应商承担。
 - (2) 由采购人向供应商提供的用户需求书、图纸、样品、模型、模件和所有资料，供应商获得后，应对其保密。除非采购人同意，供应商不得向第三方透露或将其用于本次磋商项目以外的任何用途。评审结束后，若采购人有要求，供应商须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。
21. **政府采购质押融资：**根据《佛山市人民政府办公室关于佛山市政府采购支持中小微企业质押融资的实施意见》（佛府办[2017]30号），凡是取得政府采购合同并在政府采购监管部门办理合同备案的广东省行政区域内中小微企业供应商，可凭借政府采购备案合同和成交通知书，向银行申请“政府采购质押融资”。供应商在签署拟采用“政府采购质押融资”的政府采购合同时，应向采购单位提示该合同将用于贷款申请，并在合同中注明“政府采购质押融资”字样和“融资银行名称及该银行的唯一收款账号，未获得融资

银行同意不得变更收款账号”内容。

22. 不合格的供应商参与本项目磋商可认定为无效行为，对其提供的货物、工程和伴随服务，采购人拒绝为其承担任何责任义务，且不予支付任何费用。

二、磋商文件说明

- 2.1. 本文件是采购人阐明所实施的采购项目内容、规约等综合性文件，磋商文件、响应文件、评审结果、合同书和相关承诺确认文件，均作为约束当事人行为的重要标准，各方当事人均应以最基本的职业道德和商业诚信履行自己应尽的责任义务。
- 2.2. 在发布竞争性磋商公告的同时，通过交易系统发布电子竞争性磋商文件。
- 2.3. 本文件的专业技术内容如涉及到有官方强制性要求或行业标准规范限制和禁止性内容时，应以官方强制性要求或行业标准规范为准；否则，以本采购文件约定的技术要求为准。
- 2.4. 本文件由：采购邀请函、采购项目内容、供应商须知、评审标准与方法、合同书范本、响应文件格式共六部分组成。
- 2.5. 采购文件中重复描述的内容出现不一致时，均以文件中首次对该内容描述为准。
- 2.6. 供应商在获取电子磋商文件后，应仔细检查电子磋商文件内容的完整性，并应认真阅读、并充分理解磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，有可能导致其响应文件被拒绝，或被认定为无效。
- 2.7. **磋商文件的答疑与澄清：**
 1. 供应商必须认真阅读理解本磋商文件的各项要求，如有任何疑问应磋商文件规定的时间和方式提出询问，采购代理机构或采购人将对供应商提出的询问予以回复。
 2. 询问函的内容和格式应符合法规及磋商文件要求，并应按照磋商文件规定方式进行提交。
 3. 如在回复供应商提出的询问时，需对磋商文件作出修改的，将按本须知“磋商文件的修改”作出处理。
 4. 供应商未在规定的时间内对磋商文件提出询问的，采购代理机构将视其为无异议。

2.8. 磋商文件的修改：

1. 在提交首次响应文件截止之日前，无论出于何种原因，采购人或者采购代理机构可主动地或在解答供应商提出的疑问时对磋商文件进行修改。
2. 磋商文件的澄清修正内容将在项目公告网站发布更正公告，当澄清修正涉及项目重要内容或影响响应文件编制时，将在交易系统发布磋商文件的最新版本（澄清文件），供应商需按照更正公告要求重新下载最新的澄清文件并重新编制响应文件，否则其后果由供应商自负。
3. 各供应商应随时关注本项目信息，对已发布澄清修正的项目应及时查看更正公告。当澄清修正涉及项目重要内容或影响响应文件编制时，供应商需按照更正公告要求重新下载最新的磋商文件并重新编制响应文件，否则将可能无法正常上传至交易系统，其后果由供应商自负。
4. 澄清修正文件是磋商文件的组成部分，修改后的内容一经在项目公告网站和交易系统发布，视作已送达所有供应商，并对供应商具有约束力。

2.9. 采购过程中的一切补充文件一经确认后与主体源文件均具有同等法律效力，确认方均视为知悉无疑并依照最后确认的文件执行。一切要约承诺未经合意缔约方同意不得擅自变更、撤销或转让。

2.10. 采购人约定对个别产品需要制造商出具技术服务或经销代理资格等证明书时，签证方必须是合法的生产制造企业 或 其驻中国大陆合法注册的直辖专属机构。签证方须同时负有监督管理供货渠道，确保产品质量和伴随的售后服务，履行相关连带责任和义务。签证方不得滥用职权借此采取限制、排斥等手段设置障碍，人为破坏公平竞争和扰乱政府采购秩序，一旦受到举报，则其机构及个人须承担相应的一切后果和法律责任。

2.11. 采购文件中约定的实质性条款为不可负偏离的重要参数要求，须完全实质性响应，若其中一项出现负偏离时将作无效处理。

2.12. 未有注明具体配置的产品和相关服务，均以出厂标准配置或行业通用标准为准。

2.13. 采购人在没有特别要求时，只允许供应商提供唯一最具代表性和竞争力的响应报价方案，对提供含糊不清、不确定或可选的报价方案者均作无效处理。

2.14. 答疑会及踏勘现场

1. 对于有计划举行项目答疑会时，供应商的项目主要负责人等应按时出席，主办方将围绕磋商文件的内容现场澄清、解答供应商提出的问题，对个别内容确有必要作澄清修正时，采购代理机构将根据采购人的意见和要求发布更正公告。

2. 供应商出席答疑会及踏勘现场的费用、过失责任及风险均自行承担。
3. 对未有计划举行项目答疑会时，供应商应及时主动向采购人了解项目详情。

三、响应文件说明

3.1.原则

1. 响应文件所提供的资料必须符合诚实信用、客观真实的原则，对弄虚作假或违背诚信的违法行为，应承担相应的后果及法律责任。
2. 无论采购结果如何，供应商自行承担因参加本次采购活动过程而发生的一切费用。采购人、采购代理机构对供应商及其他当事人不承担任何形式的赔偿或补偿。
3. 响应文件中，除规定采用交易系统中企业信息数据库登记的信息外，其他内容均以电子文件编制，其格式要求详见“**第六部分 响应文件格式**”。如因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由供应商承担。
4. 供应商应及时维护、更新交易系统中企业信息数据库的相关信息及资料，确保其真实性、有效性。因供应商未及时维护、更新数据库内信息造成的后果，由供应商自负。
5. 供应商应按磋商文件要求制作响应文件，并对响应文件进行盖章（电子签章）。电子响应文件必需有数字证书签名方为合法的响应文件。
6. 响应文件的组成与制作要求：
 - (1)供应商必须使用交易系统专用工具编制电子响应文件，进行合成、电子签名、电子签章及加密打包。所有响应文件不能进行压缩处理。
 - (2)响应文件所使用的公章必须为单位法定名称章，不能以其它业务章或附属机构章代替。电子响应文件中组成的每份文件应按照响应文件制作工具要求加盖电子签章，其效力涵盖整份文件，**签章不应加盖在文件中有超链接的地方，否则造成超链接无法打开的后果，由供应商自行承担。**
 - (3)供应商为分公司不具备法人资格的，须另行提供法人出具的授权书。
 - (4)响应文件中提交的所有企业或人员的资质、荣誉证书均须有效；如证书设有有效期的，有效期要求不少于提交首次响应文件截止当日或已办理延期手续；如证书没有有效期且该资质未被取消的，则视为仍在有效期内。有关企业或人员的资质证书如有最新的行业管理规定或政策文件要求的，按照有关要求执行。
 - (5)响应文件的制作、不同文字文本的释义均以简体中文文本为准，重要的外文资料须附有中文译注。

(6)供应商必须按磋商文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除磋商文件另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

3.2.报价

1. 任何报价是以供应商可独立履行项目合同义务，通过合理预测与准确核算后，可达致预期设计功能和常规使用效果，满足约定的验收标准和符合自身合法利益的前提下所作出的综合性合理报价，对在响应文件和合同书中未有明确列述、响应方案设计遗漏失误、市场剧变因素、应预见和不可预见的费用等均视为已完全考虑到并包括在总报价之内。
2. 对超出常规、具有特别意义的报价，或报价明显低于成本价/高于同业同期市场平均价时须作出重点说明，详述其理由和依据。
3. 在提交响应文件时间截止后至有效期截止前，任何报价均为固定不变价，此报价将作为评审的重要依据之一，但并不是确定成交供应商的唯一依据。

3.3.磋商保证金和成交服务费

1. **磋商保证金：**对约定需要交纳磋商保证金时，供应商须按竞争性磋商文件要求交纳。
 - (1) 磋商保证金的交纳金额、形式和时间要求详见竞争性磋商文件第三部分供应商须知“重要须知事项前置表”。
 - (2) 供应商应按竞争性磋商文件规定的金额和期限交纳磋商保证金，磋商保证金作为响应文件的组成部分。供应商未按要求交纳磋商保证金的，其磋商响应文件为无效响应。
 - (3) 磋商保证金可选择银行转账方式或以支票、汇本、本票、保函（保单）等非现金形式交纳，不接受现金方式。磋商保证金必须以响应供应商（或联合体主体方）的名义汇入（提交），不接受个人或其它主体单位代为缴交。
 - (4) 退还说明：在成交公告发出后的5个工作日内全额无息退还未成交供应商的磋商保证金，在政府采购合同签订后5个工作日内全额无息退还成交供应商的磋商保证金。
2. **供应商有下列情形之一的，其磋商保证金退还按以下约定处理：**
 - (1) 提交响应文件截止时间前，撤回所提交的响应文件的，其磋商保证金予以退还。
 - (2) 提交首次响应文件截止后，在提交最后报价之前，磋商小组如对磋商文件作出实质性变动时，供应商退出磋商的，其磋商保证金将予以退还。

- (3) 提交首次响应文件截止后，在提交最后报价之前，磋商小组未对磋商文件作出实质性变动时，供应商撤回已提交的所有响应文件、退出磋商或放弃磋商的，其磋商保证金不予退还。

3.4.响应文件有效期

1. 有效期为自提交首次响应文件截止之日起满 90 天，成交供应商有效期则顺延至项目完成验收之日，在此有效期内未经采购代理机构同意，响应文件的一切内容和补充承诺均为持续有效且不予改变。
2. 特殊情况下采购代理机构可于有效期期满前，要求供应商延长其有效期，其要求与答复均为书面形式，不同意或拒绝延期的供应商将视为自动放弃磋商或成交资格，其磋商保证金将予以退还。

四、响应文件的提交

4.1.响应文件的提交

1. 供应商须在提交首次响应文件截止时间前，使用制作该响应文件的 CA 数字证书通过交易系统成功完整上传加密的电子响应文件。上传后必须打印回执单作为网上提交首次响应文件的凭证。为防止网络阻塞，建议供应商在规定时间内尽早上传电子响应文件。如遇网络上传速度较慢情况，供应商也可选择到佛山市公共资源交易中心南海分中心自助服务区完成上传。
2. 交易系统接入国家授时中心发布的标准时间，并为网上政府采购活动提供时间戳。供应商应当合理安排响应文件的提交时间，确保在磋商文件载明的截止时间前完成提交，提交时间以交易系统成功接收的时间为准。
3. 采购代理机构对因不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失的，不承担责任。
4. **响应文件的修改、撤回与撤销**
 - (1) 在磋商文件载明的提交首次响应文件截止时间前，供应商可以修改或撤回未解密

的响应文件，并通过交易系统通知采购人或采购代理机构。响应文件以提交首次响应文件截止时间前最后一次上传至交易系统的响应文件为准。在提交首次响应文件截止时间后，供应商逾期未解密或解密失败的，将视同供应商撤回其响应文件。响应文件一经解密，将不允许修改或撤回。

（2）提交响应文件截止时间前撤回、逾期未解密或解密失败的，视同供应商对所提交的响应文件进行撤回，其磋商保证金予以退还。

（3）供应商在提交首次响应文件截止后，在最后报价之前退出磋商的，均视为其撤回已提交的所有响应文件，并应书面通知采购人和采购代理机构。其磋商保证金不予以退还。

（4）在提交首次响应文件截止时间后，供应商在磋商过程中提交的响应承诺和最后报价作为响应文件的组成部分。

（5）在提交首次响应文件截止时间起至投标有效期终止日前，供应商不能撤销响应文件，否则采购人有权将其撤销行为载入不良行为记录，及按法律法规及采购文件相关规定处理。

5. 供应商应保证在交易系统上传的电子响应文件不得超过 200MB,否则出现因响应文件过大而造成不能正常解密、评审等情况的，其后果由供应商自行承担。
6. 供应商在交易系统上传电子响应文件的同时，应保证响应文件中不含病毒或者其他恶意程序。

4.2.下列情形视为响应文件未送达：

1. 至提交首次响应文件截止时，响应文件未完整上传并保存的；
2. 响应文件损坏或格式不正确的；
3. 未使用最新发布的磋商文件制作响应文件的。

4.3.拒绝接受参与磋商的情形：

1. 以电报、电话传真形式参与磋商；
2. 未按要求在提交首次响应文件截止时间前成功上传电子响应文件的；
3. 响应文件未按要求进行数字证书加密或电子签章，或电子签名或电子签章不完整

的；

4. 电子响应文件中含有病毒或者其他恶意程序的；
5. 迟于提交响应文件截止时间递交的响应文件。对于迟交的响应文件，按《政府采购法》的规定，采购代理机构将拒收或原封退回在其规定的提交响应文件截止时间之后收到的任何响应文件。

五、响应文件解密

- 5.1. 采购代理机构按磋商文件规定的时间和地点，组织主持响应文件解密会议，邀请供应商、采购人等有关代表参加。
- 5.2. 供应商须在提交首次响应文件截止时间后 30 分钟内，使用生成响应文件的 CA 数字证书对电子响应文件进行解密，逾期未解密或解密失败的响应文件视同供应商撤回响应文件，供应商的响应文件将被退回。
- 5.3. 供应商解密时间截止后，采购代理机构通过交易系统自动提取所有响应文件，自动记录磋商保证金交纳情况（如有），响应文件提交及解密情况。
- 5.4. 如因供应商丢失、损坏 CA 数字证书等自身原因造成响应文件不能在规定时间内成功解密的，其后果由供应商自行承担。因供应商原因造成响应文件无法导入或无法完整导入交易系统的，或磋商保证金未按要求交纳的（需交纳磋商保证金项目），均作无效处理。
- 5.5. 解密时间结束后，采购代理机构将供应商名称、响应文件提交情况、磋商保证金交纳情况（如有）和解密情况进行公布。供应商在会议结束后，可在系统查看解密情况及《解密记录表》内容。
- 5.6. 供应商委派代表参加解密会的，供应商代表须出示本人的中华人民共和国第二代身份证原件及《磋商授权书》原件。
- 5.7. 供应商代表对解密过程和解密记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。供应商未参加解密的，视同认可解密结果。
- 5.8. 供应商所提交的响应文件完成解密后，在磋商结束后，无论成交与否都不退还。
- 5.9. 有下列情形之一的，导致系统无法正常运行，或者无法保证磋商过程的公平、公正和信

息安全时，经政府采购监督管理部门批准，应暂停或终止电子化政府采购活动：

1. 因互联网中断、停电、病毒入侵、不可抗力等非可控因素，导致交易系统不能正常运行的。
2. 服务器等硬件设备发生故障无法访问网站或无法使用交易系统的。
3. 交易系统软件或数据库出现错误，不能进行正常操作的。
4. 交易系统出现安全漏洞导致泄密的。
5. 有关法律、法规规定的其他情形。

若出现上述情形而又不能及时解决的，经政府采购管理部门批准，采取以下处理办法：

- (1) 宣布项目暂停，并通知供应商，待交易系统或网络故障排除后，重新恢复暂停的项目。
- (2) 宣布终止该项目在网上政府采购系统中的运行程序，并通知采购人重新组织采购。

六、磋商小组的组成及磋商评审会议

6.1. 评审依据

1. 响应文件涉及的供应商资质、业绩、证照、人员等内容资料要求从企业信息数据库中获取的，以供应商在企业信息数据库中登记的数据及内容为准。对评审部分内容在企业信息数据库中暂未有该信息登记的（如社保证明等），供应商应按照磋商文件要求在制作响应文件时上传。
2. 供应商应及时维护、更新信息数据库的企业信息，确保其有效性。如因供应商未及时维护、更新数据库内信息造成的后果，由供应商自负。
3. 磋商小组判断响应文件的有效性、合格性和响应情况，仅依赖于供应商最基本的商业诚信和所提交一切文件的真实表述，不额外主动寻求外部证据，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。
4. 有效供应商家数核定标准及同品牌处理：
 - (1) 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资

格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组投票表决并以少数服从多数的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

- (2) 非单一产品采购项目，在采购文件载明核心产品，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

6.2. 电子评审的应急措施

1. 解密结束后，因交易系统出现故障无法评审时，经政府采购管理部门确认后，暂停评审活动，等待故障排除后继续评审；如故障无法排除，由采购代理机构报政府采购管理部门作出处理。
2. 采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

6.3. 磋商小组的组成及评审工作要求

1. 采购代理机构或采购人根据项目的特点和专业技术要求依法组建磋商小组，其成员为三人以上单数，由采购人代表和相关专业的专家组成，其中专家成员在评审前从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取产生。对于技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含 1 名法律专家。
2. 磋商小组应当遵守评审工作纪律和评审回避的相关规定。评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：
 - (1) 参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
 - (2) 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
 - (3) 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
 - (4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
 - (5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；
 - (6) 曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；
 - (7) 法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。
3. 磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评

审方法和评审标准进行独立评审。

4. 评审期间，采购人、磋商小组不得对磋商文件中一些涉及竞争的公平、公正性重要内容（包括带“★”项）进行现场临时修改调整（磋商文件明确在磋商过程中允许实质性变动的内容除外），也不得单独与供应商进行联系接触。
5. 各方当事人、专家成员如对磋商文件、响应文件及相关补充文件的理解存有歧义时，磋商小组可对这些文件或向有关方面进行查证了解质询，通过集体讨论或表决达成一致处理意见。任何形式的决定，须以合法公正和有利于项目的安全顺利实施为前提。
6. 根据法律法规相关规定，磋商小组成员和与评审活动有关的人员不得泄露有关响应文件的评审和比较、成交候选供应商的推荐以及与评审有关的其他情况。

6.4. 磋商评审流程与相关事项

1. 磋商小组成员登录交易系统进行电子化评审。通过交易系统查看电子磋商文件和响应文件，并按磋商文件规定对各响应文件进行评审。
2. 磋商小组确认磋商文件。磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。
3. 确认评审纪律和回避规定。
4. **资格审查内容：**由磋商小组对照磋商文件中的供应商资格要求，在满足完整和有效的前提下，核定资格符合的供应商名单。符合资格的供应商将被确定为邀请磋商的对象。
5. 资格审查时，以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)为查询渠道，对各供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。同时对信用信息查询记录和证据截图或打印存档。
6. **符合性审查内容：**磋商小组对资格审查合格的供应商进行符合性审查。磋商小组对照本项目文件要求审查响应文件是否完全实质性响应磋商文件的要求，没有出现重大偏离。实质性条款是指带“★”标注的强制响应条款，以及法律法规规定必须满足的要求。
7. 资格性审查和符合性审查由磋商小组以记名方式独立表决，并以少数服从多数的原则

确定审查结果。对有过半数磋商小组成员审定为“不合格”或“无效”者将不进入下一程序。

8. 质询与澄清：

(1) 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

(2) 如果供应商授权代表未能在磋商小组规定的时间内达到的，视为放弃澄清、说明或补正的权利，并认同磋商小组对其作出的决定且无异议。对此情形，磋商小组应以不利于供应商的倾向考虑和作出决定。

9. 有关磋商的约定

(1) 供应商授权代表必须在规定时间内到达评审现场处理磋商及报价的相关事宜，对于在规定的合理时间内未能到达评审会现场的，该供应商将被视为自动放弃磋商及报价。

(2) 磋商过程中，供应商的授权代表应听从组织方的安排轮候出席磋商，按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章，其现场所确认的文件均代表供应商的真实意愿和决定，并作为响应文件的补充内容具有不可撤消更改的法律效力。

(3) 提交首次响应文件截止后，在提交最后报价之前，供应商可以根据评审情况退出磋商。

10. 竞争性磋商：磋商小组所有成员与实质性响应磋商文件的供应商分别进行磋商。在磋商过程中，磋商小组对磋商文件有变动的。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。磋商小组对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。

11. 供应商在最终报价前退出磋商的其响应文件及承诺函不予退回。

12. 磋商结束后，磋商小组将召集所有继续参加磋商且对磋商文件作出实质性响应的供应商进行最后报价。提交最后报价的供应商应不少于三家，但符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款和财库〔2015〕124号文规定的情形除外。

13. 最后报价及报价有效性审核：

(1) **最后报价：**在规定的时间内现场封闭式进行，一般情况下最后报价不得高于初次报价，但磋商小组对磋商文件作出可能影响报价的实质性变动时，经磋商小组同意

的情形除外。

(2) **最后报价有效性审核：**各供应商最后报价结束后，磋商小组对最后报价的有效性进行审核。经磋商小组审核最后报价无效的供应商，其响应文件按无效处理，将不进入下列程序。

(3) 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组会应当将其作为无效处理。

14. 响应文件差异修正准则与顺序

响应文件出现差异时，修正原则及优先修正顺序如下：

- (1) 公开唱读内容与响应文件对应内容不一致，均以唱读内容为准。
- (2) 报价汇总表与分项明细表或其它相关报价表的报价不一致时，均以报价汇总表为准；
- (3) 报价汇总表中各分项报价之和与总价不一致时，以单价修正总价；
- (4) 各分项报价表的单价与对应的合计价不相符时，以单价为准，修正对应的该项合计价；
- (5) 中文大写与小写数值标注价格不一致，以中文大写表示的价格为准；
- (6) 响应文件描述内容与原始材料引述内容不一致时，以原始材料内容为准；
- (7) 对出现以上情况或因明显笔误而需修正任何内容时，均以磋商小组审定通过方为有效。
- (8) 磋商小组认定为表述不清晰或无法确定的报价均不予修正。

15. **综合评审：**经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。**具体评审标准详见“第四部分 评审标准与方法”。**

16. **政策性价格折扣：**对符合政策要求的中小企业供应商提供的小型 and 微型企业产品给予相应的价格扣除，按照扣除后的价格参与评审计分，具体扣除比例详见“第四部分 评审标准与方法”。

17. **推荐成交候选供应商：**经磋商小组审核，并进行综合评审后，根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应商。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款和财库〔2015〕124 号文规定情形的，可

以推荐 2 家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。

评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

18. **原件备查审核：**若采购文件中要求提交项目业绩证明文件、客户验收报告、企业资质证书、人员资格证书、社会保险证明、聘用合同书、产品检测报告等资料复印件，磋商小组认为有必要时，可要求参与磋商的供应商在规定的时间内提交原件审核验证。供应商必须在规定的时间内向磋商小组提交原件，否则，将视为提交的文件资料不符合要求。
19. 供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。评审结束后采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会采购代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

6.5. 如发现资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形，采购人或者采购代理机构应组织重新评审。采购人、采购代理机构如发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门（政府采购管理部门）。

6.6. 终止采购活动的情形：

1. 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
2. 采购过程出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3. 在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算（最高限价）的供应商不足三家的（符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款和财库〔2015〕124 号文规定的情形，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算（最高限价）的供应商不足两家的）；
4. 采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定；
5. 因重大变故，接采购人通知本项目采购任务取消的。

符合以上终止采购活动的情形第 1-4 条其中之一时，将择日重新组织采购，同时将终止采购理由和处理决定知会各相关供应商。符合以上终止采购活动的情形第 5 条时，将终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，同时报政府采购监督管理部门。

6.7. 供应商有以下情况的不得再参加同一项目的重新采购活动：

1. 项目评审开始后，未对磋商文件作出实质性修改时，撤回响应文件或退出磋商的；
2. 对实质性变动内容作出响应并已重新提交响应文件，在提交最后报价之前退出磋商的；
3. 在提交最后报价之后，退出磋商的；
4. 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，供应商放弃成交或拒绝签订政府采购合同的。

6.8. 未实质性响应磋商文件的情形或无效供应商的认定

1. 不符合《政府采购法》第二十二条对供应商参加政府采购活动应当具备的条件；
2. 不符合采购文件中合格供应商的相关规定；
3. 产品或服务不符合法定和约定的合格性标准要求；
4. 未按要求提供重要的样板、物证和资料；
5. 未按要求提交磋商保证金；
6. 授权代表未能在磋商小组规定的合理时间内达到评审现场；
7. 响应文件不符合采购文件要求；
8. 响应文件未按照磋商文件要求进行签署、盖章、电子签章，或电子签名、电子签章不完整的；
9. 响应文件有效期不响应；
10. 以假借、挂靠他人名义或以串谋协同行动等形式参与磋商，在独立供应商之间构成互利同盟关系；违反了诚实信用、公平竞争原则；
11. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，同时参与本项目或分包的磋商；
12. 参与本项目供应商的主要成员同时出任其它供应商的重要职位，包括：法定代表人、董事成员、监事成员、高级经理或有可能影响公平竞争的关键岗位；

13. 有下列情形之一的，视为供应商串通参与磋商，作无效处理：
 - (1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
 - (2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；
 - (3) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
 - (4) 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
 - (5) 不同供应商的响应文件相互混装；
 - (6) 不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。
14. 不同供应商的磋商保证金汇入到同一个“缴纳保证金账户信息回执”上的子账号（该账号是银行系统为本项目不同供应商随机生成的唯一子账号）；
15. 响应方案、报价表述不清晰或无法确定；
16. 响应方案或报价出现缺漏，无法满足项目要求；
17. 未能有效通过资格性审查或符合性审查，对约定必备的合格条件和重要关键内容出现实质性偏离；
18. 在提交响应文件截止时间之后，响应文件有效期满之前，撤回响应文件或退出磋商；
19. 报价超过了采购项目采购预算或最高限价；
20. 经磋商小组认定为严重低于成本的恶意报价；
21. 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能在规定时间内提交书面说明证明其报价合理性的；
22. 响应文件中含有采购人不能接受的附加条件；
23. 提供的中小企业声明与承诺等证明材料经认定存在虚假或与事实不符的情形；
24. 提供虚假材料谋取中标或成交的；
25. 出现了违反政府采购进口产品管理相关规定的情形；
26. 评审期间没有按磋商小组要求提供补充材料，或调整补充内容及修正报价超出允许规定范围；
27. 由于供应商计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵、硬件故障等原因造成不能正常操作交易系统的；
28. 上传至交易系统的响应文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与磋商活动的；
29. 解密后，供应商提交的电子响应文件无法满足资格审查及评审的需要的，响应文件经

磋商小组认定作无效处理的；

30. 因供应商自身行为导致无法参与电子政府采购活动的其他情形；
31. 拒绝、对抗磋商小组所作的决定或合理要求；
32. 符合采购文件中载明会导致无效的其它规定和要求。
33. 不符合法律、法规规定的其他实质性要求。

七、评审结果确定

7.1 确定评审结果

采购人在法定时间内对评审结果进行确认，也可事先授权磋商小组直接确定成交供应商。

采购代理机构自评审结束之日起 2 个工作日内将评审报告及《采购结果确认通知书》送交采购人，采购人自收到评审报告之日起 5 个工作日内按顺序确定成交供应商。

采购人在收到评审报告 5 个工作日内未按评审报告推荐的成交候选人顺序确定成交供应商，又不能说明合法理由的，视同按评审报告推荐的顺序确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

7.2 成交通知

1. 采购代理机构自成交供应商确定之日起 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，并同时向成交供应商发出《成交通知书》。不在成交名单之列者即为未成交供应商，采购代理机构不再以其它方式另行通知。
2. 《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。
3. 《成交通知书》发出后，成交供应商无正当理由不得放弃成交资格。否则，应当依法承担相应的法律责任，并赔偿采购人由此所造成的一切经济损失。

7.3 替补候选供应商的适用情形

1. 确定成交供应商后，有供应商对采购过程、成交结果依法提出质疑，质疑成立且影响

或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，采购人应当依法确定下一顺序的成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

2. 在合同签订生效之前，成交候选供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
3. 对放弃成交资格的供应商，采购人或采购代理机构将报监督管理部门依法处理。

7.4 合同签订、争议与跟踪

1. 成交供应商应按照《成交通知书》及相关文件的要求与采购人签订合同，如拒绝或拖延签订合同，应承担违约责任和经济赔偿，同时其磋商保证金不予退还并列入不良行为记录。
2. 采购文件、响应文件、相关澄清材料及来往确认文件，均作为合同订立和裁定争议的依据，对这些文件个别条款要约的理解存有歧义、偏差、含糊、疏漏等情形时，一切以能够实现项目的功能效果和设计目标为前提，均以本项目磋商小组的理解判断为准。
3. 在不违背原采购方案要求和各方认可的文件内容前提下，合同当事人可对合同范本中个别非实质性条款共同协商完善补充修正。
4. 自采购合同签订之日起 7 个工作日内，由采购人按照有关规定将采购合同副本报同级人民政府财政部门（政府采购管理部门）备案。
5. 在合同履行期间，采购人负责对成交供应商的履约行为进行评价，必要时可组织邀请监管部门、专业机构等进行抽检，对有违约或不良行为者将会同有关部门依法查处。
6. 合同生效后一切行为均适用于《中华人民共和国民法典》，履约期间有违约过错的一方，须承担相应的责任。

7.5 质疑与处理

1. 供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本磋商文件约定的质疑受理方式（详见本文件须知前置表）向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

- (1) 对采购文件提出质疑的，为采购公告期限届满之日；
 - (2) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
 - (3) 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
2. 供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构将告知供应商向采购人提出。
 3. 在法定质疑期内，供应商针对同一采购程序环节的质疑须一次性提出。
 4. 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列主要内容：
 - (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
 - (2) 质疑项目的名称、编号；
 - (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
 - (4) 事实依据；
 - (5) 必要的法律依据；
 - (6) 提出质疑的日期。
 - (7) 供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。
 5. 供应商提出质疑和投诉应当坚持依法依规、诚实信用原则。供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明事实的确切来源，其证据来源必须合法。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。
 6. 政府采购质疑答复应当坚持依法依规、权责对等、公平公正、简便高效原则。采购人、采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对成交供应商提出质疑时，质疑函及相关质疑内容的举证材料将转递予被质疑者，被质疑者对举证材料须给予书面澄清回复和接受质询，其响应文件可公开的内容须接受任何形式的审查核实。
 7. 质疑联系方式：详见本文件须知前置表。
 8. 采购人、采购代理机构在质疑受理之日起七个工作日内书面答复质疑供应商。答复函可以直接领取、传真或邮寄方式均视为有效送达。
 9. 质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未

在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向同级政府采购监督管理部门提起投诉。

10. 投诉联系方式：详见本文件须知前置表。

7.6 磋商保证金不予退还、列入不良行为记录或违规处罚的适用情形

1. 在提交响应文件截止时间之后，响应文件有效期满之前，撤回响应文件、退出磋商（磋商文件中约定的可退还磋商保证金的情形除外）或放弃磋商；
2. 供应商上传的电子响应文件中包含病毒或者其他恶意程序对交易系统进行破坏的。
3. 响应文件中提供伪造、虚假的材料或信息；
4. 在评审期间，使用不正当手段试图影响、改变评审结果；
5. 恶意串通或捏造事实，对其竞争对手进行诋毁、排挤、攻击；
6. 供应商之间互相串通参与磋商或与采购人串通进行磋商；
7. 获成交候选通知或公告后，无法如期按采购人要求履行承诺并提供合法有效的重要证明材料；
8. 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，拒绝或不按期签订合同，违背磋商承诺和拒绝、拖延履行合同义务；
9. 擅自将合同项目或主体关键性合同义务分包转让他人；小型、微型企业将合同项目分包或转包给大型、中型企业；中型企业将合同项目分包或转包给大型企业。
10. 违反政府采购法规，违反了诚实信用、公平竞争和如实告知原则，扰乱了采购程序；
11. 提供虚假、恶意质疑投诉材料或在一年内有三次以上查无实据的质疑投诉记录。

附件一：询问函格式

关于（采购人）（项目名称）的询问函

（可根据询问事项增加或删减）

采购人名称/采购代理机构：

我单位已报名并准备参与（项目名称）项目（项目编号： ）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____（事项一）

（1）_____（问题或条款内容）

（2）_____（说明疑问或无法理解原因）

（3）_____（建议）

二、_____（事项二）

.....

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（单位公章或自然人签章）

法定代表人（授权代表）：

地址：

邮编：

电话：

传真：

项目联系人：

联系电话：

年 月 日

附件二：质疑函格式

关于（采购人）（项目名称）的质疑函

（可根据质疑事项增加或删除）

采购人名称/采购代理机构：

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：
地址： 邮编：
联系人： 联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：
质疑项目的编号：
采购人名称：
采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：
事实依据：
法律依据：
证据来源：

质疑事项 2
.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

质疑函制作说明：

- 1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
- 2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
- 3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
- 4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
- 5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
- 6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
- 7. 不按上述要求拟写的质疑函，采购代理机构将有可能不予受理

第四部分 评审标准与方法

1. 评审标准与方法

评审方法：综合评分法。

磋商小组将严格按照本采购文件的评审标准与方法，在满足采购文件全部实质性要求前提下，按评审因素的量化指标对供应商进行综合评审和独立评分。评审因素评分以该项“分值”为上限，“0”分为下限。

本项目评审方法由商务评分、技术评分、价格评分组成。

2. 权重分配

技术部分	商务部分	价格部分
50%	20%	30%

2.1. 技术部分（权重 50.00%）

评审因素	满分值	评分标准
------	-----	------

1	技术响应程度	21.7	根据所投设备的技术指标响应程度进行评分，技术参数中带▲部分每出现一项不满足扣1分，其余每出现一项不满足扣0.1分，扣至0分为止。
2	配置先进性	6	根据设备配置情况、配置先进性、功能全面性等进行综合评审： 货物配置、选型合理得6分； 货物配置、选型较为合理得3分； 货物配置、选型差得1分； 不提供不得。
3	操作维护简便性	7	根据设备的操作使用及维护的简便性，对产品进行综合评审： 货物的操作使用及维护简便得7分； 货物的操作使用及维护性一般得4分； 货物的操作使用及维护性较差得1分； 不提供不得分。
4	后续使用成本	7	根据产品易损耗件使用寿命、零配件价格、服务收费等后续使用成本情况进行综合评审： 使用寿命长、后续使用成本低得7分； 使用寿命较长、后续使用成本较低得4分； 使用寿命短、后续使用成本高得1分； 不提供不得分。
5	供货保障方案	8.3	根据各供应商针对本项目拟定的供货保障方案（包括但不限于：供货时间、方式安排、保障计划、供货应急预案）进行综合评审： 供货保障方案具体、全面，可行性高的，得8.3分； 供货保障方案完整可行，可行性较高的，得5分； 供货保障方案较可行，具有一定可行性的，得2分； 无或其它不得分。

2.2. 商务部分（权重 20.00%）

评审因素		满分值	评分标准
1	商务条款响应度	5	根据供应商对商务条款的响应程度进行评价打分。完全响应得5分；每一项负偏离或不满足的扣1分，扣至0分止
2	业绩	4	针对投标产品，在2018年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）具有同类型号产品的项目业绩的，每项计2分，本项最高得4分，（提供合同扫描件作为证明材料）
3	拟投入本项目技术人员情况	4	拟投入本项目技术人员的数量、职称进行综合评审。人员配备合理、人员数量充足、人员综合素质高，得4分； 人员配备较合理、人员数量较为充足、人员综合素质较高，得2分； 人员配备基本合理、人员数量基本充足、人员综合素质一般，

			得 1 分； 【需提供以上人员的学历、职称（如有）及 2021 年 9 月至今任意一月在投标单位参保的证明材料扫描件，不提供不得分。】
4	售后服务方案	7	对售后服务方案（免费保修期、应急维修时间安排、制造商的技术支持、培训计划等）进行综合评审： 方案详细、合理，可行性高，得 7 分； 方案较详细、合理，可行性较高，得 4 分； 方案基本合理，基本可行，得 1 分； 方案不合理、不可行或无提供方案的得 0 分。

2.3. 价格部分（权重 30.00%）

1) 依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》及《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的规定，对符合要求的有效供应商，按照以下比例给予相应的价格扣除：

序号	情形	价格扣除比例 (编制文件时由采购人确定)	计算公式
1	非联合体供应商 (供应商须为中小企业)	对小型和微型企业产品的价格扣除 6.00%	评审价格=磋商报价 × (1-6.00%)
2	联合体各方均为小型、微型企业	对小型和微型企业产品的价格扣除 6.00% (不再享受联合体的价格折扣)	
3	联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额 30%以上的(组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的, 不享受价格扣除优惠政策)	对联合体总金额扣除 2.00%	评审价格=磋商报价 × (1-2.00%)

(注：1、不允许联合体投标的项目，以上第 2 项、第 3 项情形不适用；2、小型和微型企业产品包括货物及其提供的服务与工程。3、监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可；符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见投标文件格式），并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。响应供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。)

(2) 节能产品、环境标志产品价格扣除

① 投标产品(针对非政府强制采购产品)属于节能产品的，节能产品磋商报价占总投标

报价比例在 10%或以上的，对节能产品的价格给予 2%的扣除，在 10%以下的，对节能产品的价格给予 1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书加盖供应商公章）。

② 投标产品属于环境标志产品的，环境标志产品磋商报价占总磋商报价比例在 10%或以上的，对环境标志产品的价格给予 2%的扣除，在 10%以下的，对环境标志产品的价格给予 1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书加盖供应商公章）。

2) 经磋商小组审核，满足采购文件要求且进行了政策性价格扣除后，以评审价格的最低价者定为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按下列公式折算递减。即：磋商基准价 = 评审价格的最低价 = 满价格评分权重分

其他磋商报价得分 = (磋商基准价 ÷ 评审价格) × 价格评分权重

(评审价格精确到二位小数)

3. 评分汇总

商务总分 = 各评委评分总和 ÷ 评委人数

技术总分 = 各评委评分总和 ÷ 评委人数

价格总分 = 统一公式计算得分

综合总分 = 商务总分 + 技术总分 + 价格总分

(每次评分汇总均精确到二位小数)

4. 推荐结果

(1) 磋商小组将各供应商商务、技术、价格部分得分汇总，按综合总分从高到低顺序排列，推荐 3 名以上成交候选供应商。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形和财库〔2015〕124 号文规定的，可以推荐 2 家成交候选供应商。

(2) 若候选人综合评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

(3) 评审过程中涉及和产生的所有程序文件、评审意见、表决意见和评审报告等均须由磋商小组成员签名确认。

第五部分 合同书范本

佛山市政府采购项目 项目合同书

项目编号：_____

项目名称：_____

甲 方：_____ 采购人名称

乙 方：_____（中标/成交供应商名称）

签订日期：_____ 年 月 日

佛山市政府采购项目合同书

项目名称：X 射线 CT 机

项目编号：JF2022(NH)WS0012

甲 方：佛山市南海区妇幼保健院

乙 方：（中标/成交供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》和本项目采购文件的要求，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、项目主要内容及实现功能目标：

序号	主要技术规格及配置	具体要求
一、机架系统		
1.1	滑环类型	低压滑环
1.2	扫描架孔径	≥70cm
1.3	扫描架倾角	≥±30°
1.4	探测器类型	集成一体化探测器
1.5	机架系统可遥控	具备
1.6	探测器排列数	≥32 排
1.7	探测器单元 Z 轴最小尺寸	<0.6mm
1.8	探测器 Z 轴总宽度	≥21mm
1.9	每排探测器单元数	≥848 个
1.10	探测器物理单元总数	≥34500 个
1.11	探测器采样率	≥4800views/圈
1.12	三维激光定位系统	具备
1.13	支持机架旁摆位功能，可在机架旁进行升降及进出扫描床操作	具备
1.14	支持远程遥控摆位功能，可在操作台进行升降及进出扫描床操作	具备
1.15	支持快捷键摆位功能，可按住快捷键，一键将检查床调整到预设高度与床面位置	具备
1.16	支持人工智能摆位功能，人工智能自动设置床高及床面位置	具备
二、扫描参数		

序号	主要技术规格及配置	具体要求
2.1	最快扫描时间/360°	≤0.75s
2.2	每圈扫描层数	≥32 层
2.3	最薄扫描层厚	≤0.625mm
2.4	最薄图像重建层厚	≤0.625mm
2.5	扫描视野	≥50cm
2.6	图像显示矩阵	≥512×512
2.7	单次螺旋连续最长扫描时间	≥100s
2.8	单次螺旋扫描最大范围	≥160cm
2.9	3D 锥形束重建	具有
2.10	定位像长度	≥160cm
2.11	最大螺距	≥2.0
2.12	最小螺距	≤0.1
2.13	螺距自由选择	具备
2.14	扫描模式	轴扫、螺旋
2.15	自动螺旋	具备
三、人工智能技术（AI 技术）		
3.1	具备人工智能摄像采集系统	具备
3.2	具备人工智能扫描方案	具备
3.3	摄像头具备看护功能：扫描全程中可实时观察到患者情况	具备
3.4	人工智能扫描方案具备面部识别功能：患者平躺于检查床后可自动识别面部位置	具备
3.5	人工智能扫描方案具备面部追踪功能：患者位置移动时，可自动追踪识别新的面部位置	具备
3.6	人工智能扫描方案具备自动定位功能：根据扫描要求和病人位置，自动设置床高和进床距离；患者位置发生变化时，自动更新床高和进床距离	具备
四、球管及高压系统		
4.1	球管阳极实际热容量（不含等效概念）	≥3.5MHU
4.2	球管阳极实际冷却率	≥395KHU/min
4.3	最大球管电压	≥140KV
4.4	最小球管电压	≤70KV

序号	主要技术规格及配置	具体要求
4.5	最大输出管电流	$\geq 350\text{mA}$
4.6	最小可调管电流	$\leq 10\text{mA}$
4.7	最小毫安调节范围	$\leq 1\text{mA}$
4.8	球管小焦点（IEC 60336/2005）	$\leq 0.7\text{mm} \times 0.8\text{mm}$
4.9	球管大焦点（IEC 60336/2005）	$\leq 1.2\text{mm} \times 1.4\text{mm}$
4.10	高压发生器实际功率（不含等效概念）	$\geq 42\text{KW}$
五、扫描床		
5.1	可扫描范围	$\geq 1600\text{mm}$
5.2	床升降最高高度	$\geq 900\text{mm}$
5.3	床升降最低高度	$\leq 600\text{mm}$
5.4	最大纵向进床速度	$\geq 200\text{mm/s}$
5.5	最小纵向进床速度	$\leq 2\text{mm/s}$
5.6	扫描床最大载重量	$\geq 205\text{Kg}$
5.7	扫描床控制脚踏开关	具备
六、图像质量		
6.1	空间分辨率（X, Y 轴）@0%MTF	$> 18 \text{ LP/CM}$
6.2	Z 轴空间分辨率@0%MTF	$\geq 18 \text{ LP/CM}$
6.3	密度分辨率	$\leq 2\text{mm}@0.3\%$
6.4	低剂量迭代降噪技术(必须是各厂家最新技术,与最高端设备相同)	具备
七、主控制台计算机系统		
7.1	内存	$\geq 32\text{GB}$
7.2	硬盘	$\geq 3\text{TB}$
7.3	主频	$\geq 2.2\text{GHz}$
7.4	CPU 内核数目	$\geq 6 \text{ 核}$
7.5	24 英寸高分辨率液晶平面显示器，显示矩阵	$\geq 1920 \times 1200$
7.6	显示器逐行扫描	具备
7.7	网络接口 DICOM 3.0	具备
7.8	永久贮存刻录方式	DVD

序号	主要技术规格及配置	具体要求
7.9	自动语音系统及双向语音传输	具备
7.10	同步并行图像处理功能	具备
7.11	主控制台可以独立完成 MPR, SSD, MIP, CTA, 三维容积重建等三维后处理功能	具备
八、主要应用软件		
8.1	线束硬化伪影校正软件	具备
8.2	后颅窝图像优化技术	具备
8.3	伪影抑制软件	具备
8.4	图像减影功能	具备
8.5	CT 电影功能	具备
8.6	管电流自动调节功能	具备
8.7	MPR/CPR/SSD/MIP/VR	具备
8.8	模拟手术刀功能	具备
8.9	三维（3D、SSD）软件	具备
8.10	最大及最小密度投影（MIP, MinP）	具备
8.11	三维容积测量评估功能	具备
8.12	CT 血管造影	具备
8.13	一键式容积重建	具备
8.14	一键式去骨功能	具备
8.15	造影剂自动跟踪技术	具备
8.16	容积漫游（VRT）	具备
8.17	三维 CT 内镜（CTVE）	具备
九、配置清单		
9.1	球管 1 个	提供
9.2	探测器 1 个	提供
9.3	高压发生器 1 个	提供
9.4	扫描机架 1 个	提供
9.5	扫描床 1 个	提供

序号	主要技术规格及配置	具体要求
9.6	操作控制台 1 个	提供
9.7	肺结节高级分析技术 1 套	提供
9.8	肺实质高级分析技术 1 套	提供
9.9	70kv 双低成像技术 1 套	提供
9.10	AI 摄影采集系统 1 套	提供
9.11	大方舱 1 套	提供
9.12	双筒高压注射器 1 套	提供
9.13	5 兆医用诊断屏 1 块	提供
9.14	机房外接电缆线 1 套	提供

二、产品及服务供应清单：见附件一《报价清单明细表》。

三、基本合同条款一览表

序号	合同条款	内 容
1.	合同总额	人民币 小写：_____ 大写：_____
2.	合同总额内容	（1）合同总额包括货款、标准配件（附件）、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、场地勘察、场地地面平整、外接电缆铺设、设备运输、装卸、安装、HIS 系统对接、调试、培训辅导、办证（辐射安全许可证及放射诊疗许可证）、保险、税金、货到就位以及项目安装调试施工、培训、保修、质保期售后服务、全额含税发票、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用及企业利润。 （2）价格为固定不变价，天数为公历日。
3.	交货及安装地点	甲方（用户）指定地点。详细地址为：
4.	交货期	在 2022 年 3 月 25 日前完成设备的安装，调试至可使用，逾期未完成的，从逾期之日起每日需按成交价的 1.7%向甲方偿付违约金。
5.	付款方式	由甲方按下列程序付款： 1. 设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后 30 天内，支付合同金额的 95%。 2. 从验收合格之日起，正常使用 12 个月，乙方开具尾款收据后 15

序号	合同条款	内 容
		天内，支付合同总价的 5%。 3. 乙方凭以下有效文件与甲方结算： （1）合同； （2）乙方开具的正式发票； （3）验收调试报告（加盖甲方公章）； （4）成交通知书。
6.	付款要求	（1）乙方须向甲方提供依法纳税的发票。 （2）货款以转账方式转入乙方的银行账户。 （3）收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标（成交）供应商名称一致。
7.	设备要求	1. 货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 2. 交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合磋商文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。 3. 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。 4. 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
8.	包装、保险及发运、保管要求	1. 设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。 2. 乙方负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。 3. 各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。 4. 货物在现场的保管由乙方负责，直至项目安装、验收完毕。 5. 货物在系统安装调试验收合格前的保险由乙方负责，乙方负责其派出的现场服务人员人身意外保险。 6. 设备至甲方指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由乙方负责。
9.	安装、调试与验收	1. 在甲方现有的场地、配置等条件下，乙方要保证安装调试至甲方在实际工作中正常使用。 2. 乙方提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。 3. 乙方必须依照磋商文件的要求和响应文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。 4. 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

序号	合同条款	内 容
		5. 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。 6. 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 7. 甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。 8. 本项目为整体解决方案（类似交钥匙工程），中标人应完成但不限于以下内容：包括场地勘察、场地地面平整、外接电缆铺设、设备运输、装卸、安装、HIS 系统对接、调试、培训辅导、办证（辐射安全许可证及放射诊疗许可证）等。中标金额包括项目实施过程中产生的费用。

四、质保期及售后服务要求：

1. 整机质保(含球管)质量保证期（简称“质保期”）为 1 年，质量保证期（简称“质保期”）内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身（**免费 / 有偿**）维修保养服务。质保期内甲方对乙方享有追索权。
2. 质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过 60 天则质保期重新计算。
3. 质保期内提供周期上门免费服务：（**按乙方的投标/响应文件和承诺文件内容**）：
_____。
4. 乙方负责向甲方提供现场安全操作及必要的维护保养培训。
5. 乙方设有长期稳定可靠的售后服务机构，并提供常设服务专线和长期的免费技术支持（**按乙方的投标/响应文件和承诺文件内容**）：
_____。
6. 若主要设备的故障在 24 小时内仍未处理完毕，乙方必须免费提供相同档次的设备予甲方临时使用或采取应急措施解决，不得影响甲方的正常工作业务。
7. 乙方售后服务机构名称及地址：
 联系人 1：_____，联系电话：_____，手机：_____；
 联系人 2：_____，联系电话：_____，手机：_____；
8. 其他售后服务补充内容：（**补充内容不得对采购文件和投标/响应文件作实质性修改**）
_____。

五、违约责任：

1. 乙方未按要求履行合同义务时，须从违约之日起每日按合同总额的 3%比例向甲方支付违约金；逾期 10 日以上时，甲方有权终止合同，由此造成甲方的经济损失由乙方承担。

违约金不足以弥补损失的，乙方应按全额赔偿。

2. 甲方未按要求履行合同义务时，或无故拖延验收、付款时，甲方须向乙方支付滞纳金，标准为每日按逾期应付款总额的 3‰ 累计。

六、提出异议的时间和方法：

1. 甲方在验收后 15 天内如对货物的型号、规格、质量有异议时，应在妥善保管货物的同时，即向乙方提出书面异议。
2. 乙方在接到甲方书面异议后，应在 3 天内负责处理并函复甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
3. 甲方因违章操作、保管、保养不善等人为造成货物损毁，所提出的异议乙方有权不予接受。
4. 乙方利用专业技术和行业信息优势之便，以不道德的手段，故意隐瞒和掩盖自身缔约过失，违背投标（响应）承诺和未尽义务，损害了甲方的合法权益，甲方在任何时候均可追究乙方的违约责任并索取赔偿，且不受验收程序、质保期和合同时效的限制。

七、争议的解决：

1. 合同履行过程中发生的任何争议，如双方未能通过友好协商解决，应向佛山市有管辖权的人民法院提起诉讼。对所交付标的物质量有争议的，统一由佛山市辖属的专业检测机构进行终局鉴定，鉴定结果符合质量技术标准时，鉴定费由委托方承担；否则鉴定费由乙方承担。
2. 法院审理期间，除提交法院审理的事项外，其它无争议的事项和条款仍应继续履行。

八、不可抗力：

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 48 小时内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

九、税费：

1. 本合同实施过程中所发生的一切税费及不可预见费均由乙方承担。
2. 乙方依照税务规章优先在合同履约地开具发票及纳税，咨询：0757-12366。

十、合同生效与合同备案：

1. 本合同在甲乙双方代表或其授权代表签字盖章后生效。
2. 自采购合同签订之日起 2 个工作日内，由甲方按照有关规定将采购合同副本报同级人民政府财政部门（政府采购管理部门）备案。

十一、乙方应提供的资料内容：

1. 进口产品必须提供原产地证明和中国商检证明及合法进货渠道全套单证。
2. 中国境内制造的产品必须提供出厂合格证，并提供甲方名下终端客户保修注册资料。

3. 关键产品/主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

十二、 关于政府采购合同融资

1. 乙方是否已申请政府采购合同融资： 是 / 否 ；
融资银行及联系方式： _____。
2. 若乙方已申请政府采购合同融资，其在本合同中登记的银行帐号应与金融机构签订融资协议中约定的融资回款账户一致，此账户作为政府采购融资合同资金回款的唯一账户，未获得融资银行同意，乙方不得随意变更。

十三、 其它：

1. 所有经一方或双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）、采购文件、要约文件和响应承诺文件、合同附件及中标（成交）通知书均为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力和履约义务，其缔约生效日期为有效签署或盖章确认之日期。
2. 如一方（包括联系人）地址、电话、传真号码有变更，应在变更后 3 个工作日内书面通知对方联系人或负责人，否则，因此造成的损失由未履行通知义务方承担相应责任。
3. 未经甲方书面同意，乙方不得擅自向第三方转让其主体性和关键性合同义务。
4. 本合同一式_____份，甲方执_____份，乙方执_____份。
5. 本合同（含附件）共计_____页 A4 纸张，缺页之合同为无效合同。
6. 本合同签约履约地点：广东省佛山市。
7. 本合同所指“书面通知”包括但不限于短信、电子邮件等数据电文的通知形式，到达时间以民事诉讼法的规定为准，但进行书面通知前后，通知方均有义务电话确认通知事项。
8. 双方均已对以上各条款及附件作充分了解，并明确理解由此而产生的相关权责。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

代表： _____

代表： _____

地址：

地址：

电话：

电话：

传真：

传真：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

收款方、开票方须与乙方一致，专户为：

开户名称：

银行账号：

开 户 行：

鉴证单位：佛山市伟源招标代理有限公司

经核对，合同条款与采购文件一致。

鉴证日期： 年 月 日

合同附件清单：

附件一：《报价清单明细表》

第六部分 响应文件格式

目 录

- 一、报价一览表
- 二、响应承诺函
- 三、磋商授权书
- 四、守法经营声明书
- 五、企业资质、资格性证明
- 六、其他资格文件
- 七、营业执照等证明文件
- 八、商务条款响应表
- 九、企业综合概况
- 十、中小企业声明函
- 十一、项目业绩介绍
- 十二、实施本项目的相关主要人员情况
- 十三、商务部分其他文件
- 十四、报价清单明细表
- 十五、节能产品、环境标志产品证明材料
- 十六、技术条款响应表
- 十七、重要技术条款响应表
- 十八、技术方案总体内容
- 十九、响应文件其他材料
- 二十、其他材料

特别提示与要求：投标人应严格按格式内容及要求制作投标文件，并进行电子

签章。

一、报价一览表

项目名称： X 射线 CT 机

交易编号： JF2022(NH)WS0012

分项名称	单位	填报内容
投标报价	元	¥
备注	1、有效报价上限：详见第三部分的重要须知事项前置表； 2、详细报价内容见《报价清单明细表》； 3、如有小型、微型企业产品须同时提供中小企业声明函。	

填表要求：

1. 响应文件差异修正准则见第三部分供应商须知。
2. 以上报价须满足“第二部分 采购项目内容”的商务要求中“报价要求”的内容和要求。
3. 报价汇总表与响应文件对应内容必须一致，否则，以报价汇总表内容为准。
4. 本表未按采购文件要求盖章的，将作无效处理。

供应商名称： _____（全称） _____（单位公章）

日期： 年 月 日

二、响应承诺函

响应承诺函

致佛山市伟源招标代理有限公司：

我方根据项目采购文件的要求，向贵方提交响应文件参与下列项目的采购活动，现为我方的一切行为作郑重承诺及声明如下：

1. 项目名称：X 射线 CT 机；项目编号：JF2022(NH)WS0012
2. 我方已认真阅读了本项目全部采购文件及其相关文件，完全清楚理解其内容要求及规约，对文件的合理性、公正性和程序安排均没有任何异议、质疑和误解之处。
3. 我方具有从事本项目的的能力，所提供的一切文件均已经过认真、严格的审核，其内容已充分表达了我方的真实意愿，没有任何遗漏、虚假、侵权之处，若出现违背诚实信用和商业道德之行为，愿独自承担相应的法律责任。
4. 响应文件有效期自提交首次响应文件截止之日起满 90 天，若我方获成交资格，响应文件有效期则相应延长至项目最终验收合格之日，不论在任何时候，定将按贵方的要求在规定时间内如实提供一切补充材料。
5. 我方同意完全服从和尊重评审小组所作的评审结果，同时清楚理解到仅凭报价或单一竞争优势并非是决定成交资格的唯一重要依据。
6. 同意按采购文件的要求认真履行成交供应商的义务，若我方行为不当而损害了采购人的合法权益，我方愿在任何时候无条件承担相应的缔约过失责任和经济赔偿。
7. 我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购人提交近三个月内的相关缴费证明，以便核查。
8. 我方已依法建立健全的财务会计制度，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，如有需要，可随时向采购人提交相关证明材料，以便核查。
9. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，我方如为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。
10. 我方的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他响应供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他响应供应商之间不存在直接控股、管理关系
11. 本承诺函效力及范围均涵盖我方整套响应文件和一切补充文件。

供应商名称：_____（全称）_____（单位公章）

承诺日期： 年 月 日。

三、磋商授权书

磋商授权书

致 佛山市伟源招标代理有限公司：

我单位特授权委任：以下之现职员工，作为我方唯一全权代表，亲自出席参与贵方承办的政府采购项目磋商，对该代表人所提供、签署的一切文书均视为符合我方的合法利益和真实意愿，我方愿为其行为承担全部责任。

项目名称：X 射线 CT 机

项目编号：JF2022(NH)WS0012

委任全权代表（被授权人姓名）：_____，身份证号码：_____

工作单位：_____，职务：_____，

联系电话：_____；传真号码：_____；手机：_____；

电子邮箱：_____。

授权权限：全权代表本单位参与上述项目的磋商、提交响应文件；按照采购人和磋商小组的要求现场处理磋商承诺及报价等的相关事宜；负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方提交的任何补充承诺。

有效期限：与本单位响应文件标注的有效期相同，自本单位盖章之日起生效。

特此授权证明。

附件：1. 《法人授权书》

2. 授权代表身份证复印件

供应商名称：_____（全称）_____（单位公章）

日 期： 年 月 日。

说明：如本项目为分公司参与的，供应商须同时提交一份经法人单位盖章的《法人授权书》，并扫描上传，具体格式见附件《法人授权书》。

附件 1:

法人授权书

(供应商为分公司时适用)

致代理机构:

下列公司为我方在中国大陆境内合法注册的分公司,现授权该公司代表我方参加项目名称 (项目编号: JF2022 (NH) WS0012) 的磋商,并代表我方提交响应文件、签署一切确认文书资料及合同书,及处理该项目的磋商报价等事项。我方愿为此供应商的一切行为承担全部法律责任。

同时,我公司郑重承诺守法经营、诚实信用,并确认递交的《守法经营声明书》内容真实、有效。

授权期限自: 提交首次响应文件之日起至本项目采购活动结束之日止。

被授权单位情况:

供应商全称:

单位地址:

负责人:; 电话:

授权单位: (全 称) (总公司单位公章)

签发人:; 联系电话:; 传真:;

日 期: 年 月 日。

说明:

- (1) 本授权书适用于分公司参与磋商者,由法人单位授权其分公司。
- (2) 对法人单位直接参与磋商或不接受非法人企业磋商的项目,本附件不适用。
- (3) 供应商为分公司的,应按上述格式出具《法人授权书》,如果不按此格式出具的,其授权书中的授权范围和双方约定权责须符合有关法律法规及采购文件要求,且其有效性由磋商小组判定。
- (4) 授权书经法人机构盖章后扫描上传,再加盖供应商电子公章。

附件 2:

授权代表身份证



注：1.须与《磋商授权书》委任的全权代表一致。

2. 提供复印件或扫描件。

四、守法经营承诺书

守法经营承诺书

我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件，并已清楚磋商文件的要求及有关文件规定。我方诚意参与本项目磋商，特此声明：

（一）在参加本次政府采购活动前三年内，我方在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（二）我方的法定代表人、董事、监事、总经理、副总经理及其他高级管理人员名单如下：（除法定代表人外，其他管理人员可根据本单位的管理架构和职位名称进行填写）

人员职位	姓名	身份证号码	联系固话及手机
法定代表人			
董事成员			
监事成员			
总经理			
副总经理			
.....			

（三）我方未被列入法院失信被执行人名单中（如供应商为非法人的，特此声明：我方负责人未被列入法院失信被执行人名单中）。

（四）其它事项说明：

供应商名称：（全称）..... （单位公章）

说明：

- 1. 本承诺书内容不得擅自删改。
- 2. 如允许分公司参与磋商的项目，除须填写上述法人机构人员情况，还须增加分公司负责人及管理人员情况。
- 3. 供应商应对该承诺书的真实性负责，如若发现与实际不符，将视为提供虚假材料，报政府采购监督管理部门处理。

五、企业资质、资格性证明

★企业资质、资格性证明

以下材料须按照采购文件“响应供应商资格要求”所列述的内容和要求提供：

一、营业执照扫描件（分公司参与投标时须同时提供总公司的营业执照）；

二、企业变更资料：

比如企业名称、法定代表人、地址、生产或经营范围等信息曾变更的记录或证明文件等；供应商如果有名称变更的，应提供由工商管理部门出具的变更证明文件。

三、《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》扫描件

四、医疗器械产品注册证扫描件

五、网上信用记录证明：

- 1、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中企业信用信息查询结果；
- 2、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）中“政府采购严重违法失信行为信息记录”查询结果。

要求：

（1）“信用中国”、“中国政府采购网”官网网站的查询时间不能早于本项目采购公告发布之日。

（2）“信用中国”网站查询结果可提供网页打印件或截图，或下载打印信用报告。相关资料须体现响应供应商全称、查询网址和查询结果，查询界面须能体现“基础信息、行政许可、行政处罚、守信激励、失信惩戒、重点关注、资质资格、风险提示、其他”，或直接下载打印信用报告。

（3）“中国政府采购网”网站查询结果可提供网页打印件或截图。相关资料须体现响应供应商全称、查询时间、查询网址和查询结果。


（4）查询结果如显示无响应供应商信息或没有该企业相关记录的，亦须按

照上述要求打印网页或截图。

(5) 查询页面显示的关键内容见下图标注指引。

说明：

1. 上述资格性证明文件属性是打印件的，应将打印件扫描上传后加盖电子章；文件属性为截图的，直接复制粘贴在文档后加盖电子章。
2. 供应商须如实提供网上信用记录证明，采购人将在资格审查时对其真实性和有效性进行审查、验证，如有造假或情况不一致，将导致投标无效！



此显示为中国政府采购网网址

财政部唯一指定政府采购信息网络发布媒体 国家级政府采购专业网站 服务热线：400-810-1996

中国政府采购网

中国政府采购服务信息平台
www.ccgp.gov.cn

首页 政采法规 购买服务 监督检查 信息公告 GPA专栏 PPP频道

当前位置：首页 » 政府采购严重违法失信行为记录名单 »

在网站此栏目进行查询。

政府采购严重违法失信行为信息记录

HTTP://WWW.CCGP.GOV.CN/

企业名称：佛山市...有限公司

执法单位： 处罚日期： 至 查找 重置

此处输入要查询的企业全称进行查询，此名称以及下列查询结果显示的本次查询企业名称均须与投标供应商名称一致。

序号	企业名称	统一社会信用代码 (或组织机构代码)	企业地址	严重违法失信行为 的具体情形	处罚结果	处罚依据	处罚日期	公布日期	执法单位
没有该企业的相关记录									
本次查询的企业：佛山市...有限公司									
本次查询的时间：2018年09月28日 17时15分									

此显示查询的结果，以及本次查询的企业名称、查询的时间。

提示：本平台信息依据《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库[2014]526号）发布。如有疑问请联系具体执法单位。

版权所有 © 2018 中华人民共和国财政部

六、其他资格文件

其他资格文件

1. 财务状况报告可提供以下两种形式之一：

(1) 经审计的财务报告。

要求：提供由第三方会计师事务所出具的审计报告，能清晰显示第三方会计师事务所的印章，并能反映审计结论。

(2) 基本开户银行出具的资信证明，并同时提交开户（基本户）许可证扫描件。

资信证明要求：

- ① 资信证明书内容应能够清晰准确反映供应商最近 6 个月内（从本项目采购公告发布当月往前倒推计算，当月不予计算，至少提供连续 3 个月）的商业信誉情况和满足采购文件有关要求，且其符合性及有效性将以采购人审查结果为准。如成立时间不足 3 个月的，按其开立基本存款账户开户许可证时间提供。
- ② 资信证明的落款单位名称必须与开户（基本户）许可证的开户银行名称一致，如不一致的，应提供银行证明，银行无法开具证明的提供其他证明材料，有效性由磋商小组审核。
- ③ 资信证明书格式有抬头的，可以写本项目的采购人或代理机构单位全称，即“佛山市南海区妇幼保健院”或“佛山市伟源招标代理有限公司”。
- ④ 开户（基本户）许可证已取消的，应提供开户银行的《基本存款账户信息》或能体现基本开户银行的“基本存款账户编号”的相关证明。

2. 依法缴纳税收的证明材料。

要求：

- (1) 须提供投标截止/递交响应文件截止之日前 12 个月内（至少提供一个 月）的纳税证明，依法免税的供应商应提供相应免税证明文件。如供应商在投标（响应）文件递交截止时间的当月成立并因税务机关原因而尚未依法缴纳税收的，应提供依法缴纳税收承诺书（格式自拟，加盖电子章），该承诺书视同税收凭据。

- (2) 提供的相应证明材料均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。
- (3) “依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。
- (4) 如依法免税的，应提供相应文件证明；
- (5) 供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

3. 依法缴纳社会保障资金的证明材料。

要求：

- (1) 须提供投标截止/递交响应文件截止之日前 12 个月内（至少提供一个月）的缴纳社会保障的凭据扫描件（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证），依法不需要缴纳社会保障基金的供应商应提供相应免缴证明文件。如供应商在投标（响应）文件递交截止时间的当月成立并因税务机关/社会保障资金管理机关原因而尚未依法缴纳社会保障资金的，应提供依法缴纳社会保障资金承诺书（格式自拟，加盖电子章），该承诺书视同社会保险凭据。
- (2) 提供的相应证明材料均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。
- (3) “依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。
- (4) 如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明；
- (5) 供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

说明：

- 1. 以上材料将作为资格审查的重要内容，供应商**必须**严格按照以上内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，**对缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！**

七、营业执照等证明文件

营业执照等证明文件

材料名称	查看

说明：

- 1. 该信息从供应商库获取，供应商是企业或个体工商户的，提供营业执照；供应商是事业单位的，提供事业单位法人证；供应商是自然人的，提供自然人身份证明。
- 2. 营业执照的企业名称与供应商名称应一致。

八、商务条款响应表

商务条款响应表

一、★基本商务条款响应情况			
序号	商务条款	要求	偏离情况
1.	交货期	在 2022 年 3 月 25 日前完成设备的安装，调试至可使用，逾期未完成的，从逾期之日起每日需按成交价的 1.7%向采购人偿付违约金。	
2.	报价要求	供应商报价不能超过最高限价，报价中必须包含货款、标准配件（附件）、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、场地勘察、场地地面平整、外接电缆铺设、设备运输、装卸、安装、HIS 系统对接、调试、培训辅导、办证（辐射安全许可证及放射诊疗许可证）、保险、税金、货到就位以及项目安装调试施工、培训、保修、质保期售后服务、全额含税发票、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用及企业利润。 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过资格性符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。	
二、其他商务条款响应情况			
序号	主要商务条款		偏离情况
1	★完全理解并接受对合格供应商、合格的产品、工程和服务要求		
2	同意接受合同范本所列述的各项条款		
3	付款方式： 由采购人按下列程序付款： 1. 设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后 30 天内，支付合同金额的 95%。 2. 从验收合格之日起，正常使用 12 个月，成交人开具尾款收据后 15 天内，支付合同总价的 5%。 3. 成交人凭以下有效文件与采购人结算： （1）合同； （2）成交人开具的正式发票； （3）验收调试报告（加盖采购人公章）； （4）成交通知书。		

4	设备要求： 1. 货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 2. 交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合磋商文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。 3. 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。 4. 成交人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。	
5	质保期及售后服务要求： 1. 整机质保(含球管)质量保证期（简称“质保期”）为1年，质保期内成交人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。 2. 质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。 3. 对采购人的服务通知，成交人在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，成交人须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。	
6	包装、保险及发运、保管要求： 1. 设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由投标人承担。 2. 成交人负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。 3. 各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。 4. 货物在现场的保管由成交人负责，直至项目安装、验收完毕。 5. 货物在系统安装调试验收合格前的保险由成交人负责，成交人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。 6. 设备至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由成交人负责。	
7	安装、调试与验收： 1. 在采购人现有的场地、配置等条件下，成交人要保证安装调试至采购人在实际工作中正常使用。 2. 成交人提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。 3. 成交人必须依照磋商文件的要求和响应文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。 4. 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 5. 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。 6. 成交人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。	

	7. 采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由成交人承担。 8. 本项目为整体解决方案（类似交钥匙工程），中标人应完成但不限于以下内容：包括场地勘察、场地地面平整、外接电缆铺设、设备运输、装卸、安装、HIS 系统对接、调试、培训辅导、办证（辐射安全许可证及放射诊疗许可证）等。中标金额包括项目实施过程中产生的费用。	
8	同意采购人以任何形式对我方提供的商务部分内容的真实性进行公开审查验证	
三、商务条款偏离情况说明（如有）：		
四、不同意公开的商务部分内容（★法律法规规定必须公开的信息，不得作为不同意公开的内容，否则视为实质性条款不响应，作无效投标处理）：		

填表要求：

1. 供应商应对上表内容一一予以响应，在“偏离情况”栏注明无偏离、正偏离或负偏离，该栏未填写的视为不响应。若存在偏离，请在“商务条款偏离情况说明”栏中扼要说明正偏离或负偏离情况。
2. 本文件中标“★”号条款为实质性条款，供应商不响应或存在负偏离，将作无效处理。
3. 若上述商务条款内容与“采购项目商务要求”列述不一致时，均以“采购项目商务要求”详细内容为准。

供应商名称：_____（全称）_____（单位公章）

九、企业综合概况

供应商基本概况

单位名称					
地 址				邮 编	
企业网址					
法人代表		法人代表身份 证号码		联系电话	
业务联系人		联系人身份 证号码		职 务	
电 话		手机		传 真	
财务联系人		联系人身份 证号码		职 务	
电 话		手机		传 真	
单位简介及 机构设置					
主营业务 介绍					
单位概况	注册资本	万元	占地面积	M ²	
	职工总数	人	建筑面积	M ²	
分支机构情 况	机构名称： 地 址： 负 责 人： 联 系 人： 联系电话： 传 真：				
售后服务机 构	机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托/ 合作代理 联系电话：				

	传 真：
--	------

注：以上内容均应如实详细地填写，如不具有“分支机构情况”的可写“无”。

十、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加佛山市南海区妇幼保健院的X射线CT机采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. X线CT机，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

十一、项目业绩介绍

项目业绩介绍

序号	客户单位名称	项目内容	合同金额 (万元)	合同验收 时间	客户单位 联系人	客户单位 联系电话
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

说明：

1. 以上业绩信息及合同等资料从供应商库获取，此将作为评审、综合评价、评分的重要参考依据。
2. 供应商应认真阅读并按照采购文件中的评审、评分有关项目业绩的内容和要求（如是否同时要求提供验收报告或客户验收评价等），从供应商库中选择对应的业绩证明文件。
3. 业绩的验收或客户满意度评价，均以采购单位或其经办部门的公章确认为准。

十二、实施本项目的相关主要人员情况

实施本项目的相关主要人员情况

拟任分工	姓名	职称/证书名称	专业工龄 (年)	联系电话手机

填表要求：
上述人员要求及相关证明材料详见采购文件“第四部分 评审标准与方法”评分内容。

十三、商务部分其他文件

- 1、商务部分评分第 4 点“售后服务方案”相关证明材料**
- 2、供应商认为需要提供的其他材料**

十四、报价清单明细表

报价清单明细表（货物类项目）

项目名称：X 射线 CT 机

项目编号：JF2022 (NH) WS0012

一、产品、配置和材料类									
序号	分项名称	品牌	规格、型号	制造商全称	产地	数量	单价	合计（元）	是否小型、微型企业产品
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
合 计				合计报价： 元					
二、装配工程与服务类									
序号	分项名称	具体工作与服务内容		工作天数	人员数量	单价：元/人/天	合计（元）	说明	
9				天	人				
10				天	人				
11				天	人				
合 计				合计报价： 元					
三、报价汇总：人民币_____元。（以上各合计项与开标一览表中的对应项均一致相符）									
以上报价合计中，小型与微型产品的总金额为：_____元（小型与微型企业产品包括货物、服务、工程）									

四、质保期满后将会发生的有偿服务收费标准 （下列报价不列入投标总价内，仅供参考）				
序号	分项名称	有偿服务具体内容	单价/费用	说明
12	第一年维护费用			
13	第二年维护费用			
14	第三年维护费用			
15				
16	增值服务、优惠及建议：			
17	其它有偿服务项目及内容：			
五、补充说明：				

填表要求：

1. 以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《开标一览表》一致相符。上述表格格式仅作参考，报价人可以根据实际情况进行调整。
2. 响应供应商须按采购项目技术要求中的“采购清单”内容逐项填写，如有缺漏，视为已包含在项目投标总价中。
3. 以上报价内容中，报价为零或未进行报价的项目以包含在本项目的投标总价中，不属于赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

响应供应商名称：_____（全称）_____（单位公章）

十五、节能产品、环境标志产品证明材料

节能产品、环境标志产品证明材料

(一) 强制采购类节能产品证明材料:

根据采购文件“二、采购项目技术要求”中的“采购清单重要说明”中的“1.★政策性强制采购产品要求”提供以下证明:

1.产品品牌规格型号介绍:

序号	产品名称	品牌	规格型号	认证证书编号
1.				
2.				
3.				
4.				

- 2.上述产品必须在财政部颁布最新的《节能产品政府采购清单》范围内选用产品。
- 3.提供上述产品的位列《节能产品政府采购清单》目录当页的打印件（建议用有颜色的笔明显标识出相对应的规格型号所在位置），上述证明材料应扫描后按上表序号顺序一一上传。

(二) 非强制采购类节能产品证明材料:

除第（一）项“强制采购类节能产品证明材料”所提交的资料外，技术方案中所提供的产品属于《节能产品政府采购清单》范围内非“★”项产品的，提供产品相关证明材料:

1.产品品牌规格型号介绍:

序号	产品名称	品牌	规格型号	认证证书编号
1.				
2.				
3.				
4.				

2.提供上述产品的位列《节能产品政府采购清单》目录当页的打印件（建议用有颜色的笔明显标识出相对应的规格型号所在位置），上述证明材料应扫描后按上表序号顺序一一上传。

（三）环境标志产品证明材料

技术方案中所提供的产品属于财政部颁布最新的《环境标志产品政府采购清单》范围内产品，提供产品相关证明材料：

1.产品品牌规格型号介绍：

序号	产品名称	品牌	规格型号	认证证书编号
1				
2				
3				
4				
5				

2.提供上述产品的位列《环境标志产品政府采购清单》目录当页的打印件（建议用有颜色的笔明显标识出相对应的规格型号所在位置），上述证明材料应扫描后按上表序号顺序一一上传。

说明：

- 1、资料来源要求：以“中国政府采购网”（<http://www.ccgp.gov.cn>）公告的政府采购清单为准，且以正式公布版本为准，勿使用预公示版本。
- 2、清单有效期要求：投标截止当日前 30 天内均为有效。
- 3、根据《节能产品政府采购实施意见》规定，节能清单中的产品有效时间以国家节能产品认证证书有效截止日期为准，超过认证证书有效截止日期的自动失效。

响应供应商名称：_____（全称）_____（单位公章）

十六、技术条款响应表

技术条款响应表

序号	竞争性磋商文件主要技术规格及配置	具体要求	偏离情况 (无偏离/正偏离/负偏离)	技术条款偏离情况说明
一、机架系统				
1	滑环类型	低压滑环		
2	扫描架孔径	≥70cm		
3	扫描架倾角	≥±30°		
4	探测器类型	集成一体化探测器		
5	机架系统可遥控	具备		
6	三维激光定位系统	具备		
7	支持机架旁摆位功能,可在机架旁进行升降及进出扫描床操作	具备		
8	支持远程遥控摆位功能,可在操作台进行升降及进出扫描床操作	具备		
9	支持快捷键摆位功能,可按住快捷键,一键将检查床调整到预设高度与床面位置	具备		
10	支持人工智能摆位功能,人工智能自动设置床高及床面位置	具备		
二、扫描参数				
11	最快扫描时间/360°	≤0.75s		
12	扫描视野	≥50cm		
13	图像显示矩阵	≥512×512		
14	单次螺旋连续最长扫描时间	≥100s		

15	单次螺旋扫描最大范围	$\geq 160\text{cm}$		
16	3D 锥形束重建	具有		
17	定位像长度	$\geq 160\text{cm}$		
18	最小螺距	≤ 0.1		
19	螺距自由选择	具备		
20	扫描模式	轴扫、螺旋		
21	自动螺旋	具备		
三、人工智能技术（AI 技术）				
22	具备人工智能摄像采集系统	具备		
23	具备人工智能扫描方案	具备		
24	摄像头具备看护功能：扫描全程中可实时观察到患者情况	具备		
25	人工智能扫描方案具备面部识别功能：患者平躺于检查床后可自动识别面部位置	具备		
26	人工智能扫描方案具备面部追踪功能：患者位置移动时，可自动追踪识别新的面部位置	具备		
27	人工智能扫描方案具备自动定位功能：根据扫描要求和病人位置，自动设置床高和进床距离；患者位置发生变化时，自动更新床高和进床距离	具备		
四、球管及高压系统				
28	球管阳极实际热容量（不含等效概念）	$\geq 3.5\text{MHU}$		
29	球管阳极实际冷却率	$\geq 395\text{KHU/min}$		
30	最大球管电压	$\geq 140\text{KV}$		

31	最大输出管电流	$\geq 350\text{mA}$		
32	最小可调管电流	$\leq 10\text{mA}$		
33	最小毫安调节范围	$\leq 1\text{mA}$		
34	球管小焦点（IEC 60336/2005）	$\leq 0.7\text{mm} \times 0.8\text{mm}$		
35	球管大焦点（IEC 60336/2005）	$\leq 1.2\text{mm} \times 1.4\text{mm}$		
36	高压发生器实际功率（不含等效概念）	$\geq 42\text{KW}$		
五、扫描床				
37	可扫描范围	$\geq 1600\text{mm}$		
38	床升降最高高度	$\geq 900\text{mm}$		
39	床升降最低高度	$\leq 600\text{mm}$		
40	最大纵向进床速度	$\geq 200\text{mm/s}$		
41	最小纵向进床速度	$\leq 2\text{mm/s}$		
42	扫描床最大载重量	$\geq 205\text{Kg}$		
43	扫描床控制脚踏开关	具备		
六、图像质量				
44	Z 轴空间分辨率@0%MTF	$\geq 18 \text{ LP/CM}$		
45	低剂量迭代降噪技术(必须是各厂家最新技术，与最高端设备相同)	具备		
七、主控制台计算机系统				
46	内存	$\geq 32\text{GB}$		

47	硬盘	≥3TB		
48	主频	≥2.2GHz		
49	CPU 内核数目	≥6 核		
50	24 英寸高分辨率液晶平面显示器，显示矩阵	≥1920×1200		
51	显示器逐行扫描	具备		
52	网络接口 DICOM 3.0	具备		
53	永久贮存刻录方式	DVD		
54	自动语音系统及双向语音传输	具备		
55	同步并行图像处理功能	具备		
56	主 控 制 台 可 以 独 立 完 成 MPR, SSD, MIP, CTA, 三维容积重建等三维后处理功能	具备		
八、主要应用软件				
57	线束硬化伪影校正软件	具备		
58	后颅窝图像优化技术	具备		
59	伪影抑制软件	具备		
60	图像减影功能	具备		
61	CT 电影功能	具备		
62	管电流自动调节功能	具备		
63	MPR/CPR/SSD/MIP/VR	具备		
64	模拟手术刀功能	具备		

65	三维（3D、SSD）软件	具备		
66	最大及最小密度投影（MIP, MinP）	具备		
67	三维容积测量评估功能	具备		
68	CT 血管造影	具备		
69	一键式容积重建	具备		
70	一键式去骨功能	具备		
71	造影剂自动跟踪技术	具备		
72	容积漫游（VRT）	具备		
73	三维 CT 内镜（CTVE）	具备		
九、配置清单				
74	球管 1 个	提供		
75	探测器 1 个	提供		
76	高压发生器 1 个	提供		
77	扫描机架 1 个	提供		
78	扫描床 1 个	提供		
79	操作控制台 1 个	提供		
80	肺结节高级分析技术 1 套	提供		
81	肺实质高级分析技术 1 套	提供		
82	70kv 双低成像技术 1 套	提供		

83	AI 摄影采集系统 1 套	提供		
84	大方舱 1 套	提供		
85	双筒高压注射器 1 套	提供		
86	5 兆医用诊断屏 1 块	提供		
87	机房外接电缆线 1 套	提供		

说明：响应供应商必须对应竞争性磋商文件的用户需求书条款逐条应答并按要求填写下表。

填表要求：

1. 响应供应商应对上表内容一一予以响应，在“偏离情况”栏注明无偏离、正偏离或负偏离，该栏未填写的视为不响应。若存在偏离，请在“技术条款偏离情况说明”栏中扼要说明正偏离或负偏离情况。
2. 本文件中标“★”号条款为实质性条款，响应供应商不响应或存在负偏离，将作无效处理。
3. 若上述技术条款内容与“采购项目技术要求”列述不一致时，均以“采购项目技术要求”详细内容为准。

供应商名称：_____（全称）_____（单位公章）

十七、重要技术条款响应表

重要技术条款响应表

采购文件第二部分“采购项目技术要求”中带“▲”项重要技术参数条款响应情况：				
序号	技术条款	要求	投标实际响应情况	偏离情况
1.	一、机架系统	1.6▲探测器排列数 ≥ 32 排		
2.		1.7▲探测器单元 Z 轴最小尺寸 $< 0.6\text{mm}$		
3.		1.8▲探测器 Z 轴总宽度 $\geq 21\text{mm}$		
4.		1.9▲每排探测器单元数 ≥ 848 个		
5.		1.10 ▲ 探测器物理单元总数 ≥ 34500 个		
6.		1.11▲探测器采样率 $\geq 4800\text{views/圈}$		
7.	二、扫描参数	2.2▲每圈扫描层数 ≥ 32 层		
8.		2.3▲最薄扫描层厚 $\leq 0.625\text{mm}$		
9.		2.4▲最薄图像重建层厚 $\leq 0.625\text{mm}$		
10.		2.11▲最大螺距 ≥ 2.0		
11.	四、球管及高压系统	4.4▲最小球管电压 $\leq 70\text{KV}$		
12.	六、图像质量	6.1▲空间分辨率 (X, Y 轴) @0%MTF $> 18 \text{ LP/CM}$		
13.		6.3▲密度分辨率 $\leq 2\text{mm@}0.3\%$		

填表要求：

1. 响应供应商应对上表内容一一予以响应，“投标响应实际情况”一栏应填写具体的响应

内容，并在“偏离情况”栏注明无偏离、正偏离或负偏离。“投标响应实际情况”未填写的视为不响应。

2. 本文件中有“▲”标注项的为重要条款要求，不作为强制响应条款，但作为重要评审指标，如出现不响应或负偏离将导致严重扣分。
3. 若上述技术条款内容与“采购项目技术要求”列述不一致时，均以“采购项目技术要求”详细内容为准。

响应供应商名称：_____（全称）_____（单位公章）

十八、技术方案总体内容

技术方案总体内容

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。技术方案必须对应评审方法中评审因素的顺序逐一进行描述，不限于以下几个部分及内容要点：

1. 配置先进性
2. 操作维护简便性
3. 后续使用成本
4. 供货保障方案

十九、响应文件其他材料

（一）其他材料

此部分内容包括但不限于：

1. 监狱企业的证明文件（如有）

监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，无须提供《中小企业声明函》。

2. 残疾人福利性单位声明函（如有）

有关要求及说明如下：

（1）文件格式详见附件《残疾人福利性单位声明函》。此声明函仅适用于符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位；

（2）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供本声明函，无须提供《中小企业声明函》。

（3）供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

3. 响应文件公示信息承诺书

文件格式详见附件《响应文件公示信息承诺书》

4. 资信证明书参考格式

5. 响应供应商认为有必要提交的其他文件。

说明：

1. 补充的其他材料应按上述排列顺序扫描上传；
3. 若无材料需要提交的，请上传一份空白文档。

附件：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目（项目编号：_____）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

说明：

1. 本声明函内容不得擅自修改。
2. 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供本声明函，无须提供《中小企业声明函》。
3. 供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
4. 不符合条件的供应商，可不填写或不提交此附件。

附件《响应文件公示信息承诺书》

响应文件公示信息承诺书

佛山市伟源招标代理有限公司：

本公司在参加 X 射线 CT 机 (项目编号: JF2022(NH)WS0012) 的招投标活动中如获中标, 我公司承诺按照采购文件的规定同意代理机构将我司响应文件应公示内容于发布中标(成交)公告时予以公开, 响应文件公示信息内容(如有)包括: 营业执照、资质证书(如有)、项目业绩、检验检测报告(如有)、履约验收报告及评价(如有)、社保证明、设备发票(如有)、职称(如有)、各种证件(身份证除外)、货物的规格型号及配置参数等(成交人若不同意公示上述资料公开的内容, 请书面说明原因)。我司承诺我司响应文件关于上述应公示的内容是真实的, 且确认不涉及任何个人隐私、商业秘密和其他不可公开的内容。本公司对上述公示信息内容的真实性负责, 如有虚假, 将依法承担相应责任。

特此承诺!

单位名称(盖章):

日期:

资信证明书参考格式

资信证明书

现有（企业名称）因参加_____X射线CT机_____（项目编号：JF2022(NH)WS0012）政府采购活动，委托我行对其资信状况出具证明书，经确认具体情况如下：

（企业名称）在我行开立基本帐户，账号为：_____。自_____年_____月_____日开始到_____年_____月_____日止，该企业资信状况良好，在我行办理的各项资金结算业务往来正常，无违反银行结算纪律的行为，无不良信用记录。

特此证明。

XXXXXXXXXXXXX 银行（盖章）

日期：

注：

1. 资信证明的落款单位名称必须与开户许可证的开户银行名称一致。
2. 此证明书格式仅供参考。如基本存款账户开户银行不按此格式出具证明的，其证明内容应能够清晰准确反映供应商最近6个月内（从本项目采购公告发布当月往前倒推计算，当月不予计算，至少提供连续3个月）的商业信誉情况和满足采购文件有关要求，且其符合性及有效性将以资格审查结果为准。如成立时间不足3个月的，按其开立基本存款账户开户许可证时间提供。
3. 资信证明书的抬头可以写“<佛山市南海区妇幼保健院>”或“<佛山市伟源招标代理有限公司>”。_

响应供应商认为有必要提交的其他文件